

**Opolskie Centrum Rehabilitacji
Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów**

Pismo: PZP-225/01/2011

Korfantów dnia: 2011-01-11

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony na Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.**

Treść wspomnianych pism jest następująca :

1. Dotyczy Pakietu nr IX

- 1) Czy Zamawiający dopuści w sterylnych zestawach poz. 1,2,3 serwetę taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 9 x 49 cm, przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymogów SIWZ?
- 2) Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 samoprzylepną taśmę włókninową w rozmiarze 9 x 49 cm, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ?
- 3) Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 sterylny zestaw do operacji kończyn – serwety dolnej w rozmiarze 180 x 180 cm, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający dopuści zaoferowanie sprzętu medycznego jednorazowego użytku zgodnie z zapytaniem.

2. Pakiet nr I pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya spełniający wymagania SIWZ z balonem o pojemności 5-15ml?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Pakiet I pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści worek na mocz na nogę o pojemności 800ml?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

4. Pakiet nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści worek na mocz na nogę z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym oraz z dwoma elastycznymi paskami mocującymi (2cmx50-55cm) z możliwością regulacji długości, zapewniające wygodną i skuteczną stabilizację worka na nodze?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

5. Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do podawania tlenu spełniający wymagania SIWZ o długości 210cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

6. Pakiet nr 2, pozycja 5, 6, 15

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 5, 6, 15 do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu pozwoli na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pakiet nr 2, pozycja 12,16

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie POZYCJI 12 i 16 do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu pozwoli na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Pakiet nr 4, pozycja 9, 10

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 40mm, zamiast 50mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Pakiet nr 4, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści igłę do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków o długości 30mm zamiast 40mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

10. Pakiet nr 4, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 88mm lub 90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Pakiet nr 4, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń bez prowadnicy, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Pakiet nr 4, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń O długości 90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

13. Pakiet nr 4~ pozycja 23-32

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie pozycji 23-32 do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty. Państwa zgoda rozszerzy grono wykonawców mogących złożyć ofertę i pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Pakiet nr 4, pozycja 46

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie pozycji 40 do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty. Państwa zgoda rozszerzy grono wykonawców mogących złożyć ofertę i pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Pakiet nr 4, pozycja 33-36

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyzwrotnej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Pakiet nr 4, pozycja 41-44

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji otwartyzamknięty (oznaczone kierunki przepływu)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

17. Pakiet nr 7, pozycja 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie pozycji 3 do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu pozwoli na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Pakiet nr 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści czepek typu astronauta?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

19. Pakiet nr 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furazerka ze wstawką przeciwpotną w części czołowej czepka?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

20. Pakiet nr 7; pozycja 12-14

Czy Zamawiający dopuści maseczki chirurgiczne w rozmiarze 175 x 90mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

21. Pakiet nr 10, pozycja 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie pozycji 1-3 do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu pozwoli na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Pakiet nr 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni lepnej 14 x 18cm lub 14-15 x 21 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Pakiet nr 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni lepnej 20 x 26 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

24. Pakiet nr 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni lepnej 40x35 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

25. Pakiet nr 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni lepnej 30x36 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Pakiet nr 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni lepnej 21 x 45 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Pakiet nr 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni lepnej 40 x 35 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Pakiet nr 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni lepnej 45 x 48 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

29. Pakiet nr 12, pozycja 17 -18

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie pozycji 17-18 do osobnego zadania umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu pozwoli na lepszy wybór spośród Większej liczby oferentów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Pakiet nr 12, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90 x 200cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

31. Pakiet nr 12, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści koc ratunkowy w rozmiarze 160 x 240 cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

**32. Pakiet nr 7,
pozycja 3**

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski ochronnej wykonanej z 5 warstw materiału z filtrem z włókniny typu e-charged?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 5

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha jednorazowego użytku wykonanego z włókniny foliowanej w kolorze białym, mankiety w rękawach ściągane lekko gumką?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża gody. Zamawiający oczekuje fartucha foliowego bez rękawów. Fartuch stosowany jako ochrona przed zamoczeniem w trakcie mycia chirurgicznego rąk.

Pozycja 6

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania ochraniaczy na obuwiu wykonanych z włókniny w kolorze białym ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża gody.

Pozycja 8

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czepka chirurgicznego typu furażerka wykonanego z włókniny, boki wykonane z dwóch warstw chłonnej włókniny, bez gumki?

LUB

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czepka chirurgicznego typu furażerka wykonanego z włókniny, wiązany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający wyraża zgodę.

33. Pakiet nr 9

Pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu serwet do operacji stawu biodrowego wykonanego z dwuwarstwowego materiału o gramaturze 55 g/m² z obszarami wzmocnionymi i następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm

1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 260 x 200 cm; wycięcie „U” 6,5 x 90 cm

1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm

1 serweta pomocnicza 75 x 90 cm

1 serweta 150 x 100 cm

3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża gody.

Pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu serwet do operacji stawu kolanowego wykonanego z dwuwarstwowego materiału o gramaturze 55 g/m² z obszarami wzmocnionymi i następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm

1 serweta do obłożenia kończyny 320 x 200 cm Ø5 x 7 cm

1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm

1 osłona na kończynę 25 x 80

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża gody.

Pozycja 3

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania uniwersalnego zestawu serwet wykonanego z dwuwarstwowego materiału o gramaturze 55 g/m² z obszarami wzmocnionymi i następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający nie wyraża gody.

Pozycja 4

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn wykonanego z dwuwarstwowego materiału o gramaturze 55 g/m² z obszarami wzmocnionymi i następującym składzie:
 - 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
 - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm
 - 1 serweta do zabiegów na kończynie 320 x 200 cm Ø5 x 7 cm
 - 1 serweta pomocnicza 150 x 150 cm
 - 1 serweta samoprzylepna 75 x 75 cm
 - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
 - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający nie wyraża gody.

Pozycja 5

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kręgosłupa wykonanego z trzywarstwowego materiału o gramaturze 74 g/m² i następującym składzie:
 - 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
 - 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
 - 1 samoprzylepna serweta do zabiegów laparotomii z uchwytem Vwlcro do mocowania kabli i drenów oraz samoprzylepnym oknem 260 x 320 cm; Ø 9 x 22 cm
 - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
 - 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający nie wyraża gody.

Pozycja 8

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony na kamerę w rozmiarze 13 cm x 250 cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający nie wyraża gody.

Pozycja 10, 11

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z dwuwarstwowego włókniny o gramaturze 54g/ m² ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający nie wyraża gody.

34. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu Umowy § 6:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - b) w wysokości 5% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - c) w wysokości 5 % wartości reklamowanego towaru za opóźnienie w usunięciu

na:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
- b) w wysokości 0,2 % wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- c) w wysokości 0,2 % wartości reklamowanego towaru za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad;

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża gody.

35. Pakiet nr V

Poz. 8,12

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo – foliowe zamykane przy pomocy zgrzewarki? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża gody.

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści torebkę papierowo – foliową samoprzylepną w rozmiarze 130 x 350 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający dopuści torebkę opisaną j.w.

Poz. 13, 14

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo – foliowe z wielowarstwowej folii, z fałdą zamykane przy pomocy zgrzewarki?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający dopuści torebki opisane j.w.

36. Pakiet VI

Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego pakietu lub możliwość złożenia oferty częściowej? Dopuszczenie takiego rozwiązania umożliwi składanie ofert większej liczbie wykonawców, co pozwoli na uzyskanie Zamawiającemu najkorzystniejszej cenowo oferty.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża gody.

37. Pakiet V

Pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej bez wskaźników o wymiarach 25 mm x 50 m?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża gody.

38. Pakiet V

Pozycja 13 i 14

Czy nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający miał na myśli torebki, które nie są samoprzylepne bądź nie posiadają fałdy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający miał na myśli torebki z fałdą na parę wodną, zgrzewane.

Zamawiający
Wojciech Machelski