

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-01-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony na Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1 Zadanie 1, pozycja 5,6,12,14

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 5,6,12,14 do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu pozwoli na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2 Zadanie 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 40 mm, zamiast 50 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3 Zadanie 2, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 88mm lub 90 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4 Zadanie 2, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń bez prowadnicy, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5 Zadanie 2, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6 Zadanie 2, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7 Zadanie 2, pozycja 26-28

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie pozycji 26-28 do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty. Państwa zgoda rozszerzy grono wykonawców mogących złożyć ofertę i pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 Zadanie 2, pozycja 35-38

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy do przetaczania krwi nie zawierały ftalanów? Przyrządy do przetaczania zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na stan zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie zawierały ftalanów. Zagrożenie dla organizmów ludzkich przez DEHP zawarte w wyrobach medycznych – jakkolwiek znaczące – jest w skali populacji istotnie mniejsze (ze względu na częstość kontaktu) niż zagrożenie stwarzane przez DEHP wprowadzane do organizmów ludzkich z innych źródeł (np. opakowań napojów i żywności). Państwa zgoda na odstąpienie od wymogu u możliwi złożenie dużo niższych cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na sytuację finansową szpitala.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy SIWZ:

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający przewiduje podpisanie oddzielnych umów z jednym Wykonawcą na poszczególne pakiety.

Dotyczy pakietu nr I, poz. 5

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej, zbrojonej, niesilikowanej z mankietem niskociśnieniowym, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy rurki intubacyjne mają posiadać logo producenta na korpusie rurki, podany rozmiar na łączniku ISO 15 cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakietu nr I, poz. 6

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej niesilikowanej z mankietem niskociśnieniowym, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy rurki intubacyjne mają posiadać logo producenta na korpusie rurki. podany rozmiar rurki na mlecznym zdejmowalnym łączniku ISO 15 cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakietu nr I, poz. 14

Czy silikonowy samouszczelniający się port ma być umieszczony między dwoma membranami?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl

Zamawiający