

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dnia 2012-04-17 i 2012-04-18 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony, na Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający dopuści 5 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1065 mm (wraz z zamontowanymi krążkami odbojowymi), co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła z centralną blokadą kół, z czego jedno koło z blokadą kierunkową?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający zmniejszy kary umowne za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z oparciem pleców bez funkcji autoregresji tylko z funkcją autokonturu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1085mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 860mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

9. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienie? Określony obecnie termin jest zbyt krótki w odniesieniu do sprzętu medycznego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Dotyczy łóżek rehabilitacyjnych – 20 szt.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalowymi lamelami, doskonale sprawdzającymi się w trakcie czynności resuscytacji krążeniowo oddechowej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym tworzywami wypraskami?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyt do reki oraz wieszak na kroplówkę?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne na całej długości leża z materiału drewnopodobnego z wykończeniem z aluminium?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

14. Czy w rozumieniu zapisu z pkt. 7 Zamawiający wymaga barierki na całej długości, tj. od szczytu do szczytu, zintegrowane z szczytami z możliwością regulacji wysokości?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający wymaga barierki na całej długości łóżka bez konieczności zintegrowania ze szczytami łóżka w celu jej regulacji.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane, zabezpieczające na $\frac{3}{4}$ długości leża?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2205 mm i szerokości 985 mm? Oferowane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych i w żaden sposób nie wpłyną na funkcjonalność i użyteczność oferowanego łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o standardowych wymiarach 2000 x 860 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

18. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 385 – 765 mm? Oferowany zakres jest lepszy od wymaganego, niska wysokości minimalna umożliwi pacjentowi bezpieczne opuszczanie łóżka, bez potrzeby tzw. zeskakiwania.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

19. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji anty i Trendelenburga w lepszym zakresie +/- 16°?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z lepszą regulacją oparcia uda wynoszącą 0-45°?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

21. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralną blokadę kół?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

22. Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 10 cm i pozostałych wymiarach dostosowanych do wymiarów leża?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko o dopuszczalnym obciążeniu 230 kg? Oferowany parametr jest parametrem znacząco lepsze.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

24. Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga (co wydaje się oczywiste) aby łóżko posiadało maksymalne obciążenie robocze na poziomie 230 kg. W sytuacjach zagrożenia życia (np. reanimacji) lub też wielu dziennych sytuacjach kiedy personel lub goście wspierają (opierają się o leże lub), siadają na leżu pacjenta wymagane jest by wytrzymałość była zagwarantowana na wystarczającym poziomie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wymaga obciążenia na poziomie 185kg (minimum).

25. Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję łóżka Zamawiający wymaga rozwiązania kolumnowego, będącego łatwiejszym w stosunku do starszych korbowych czy też pentagrafowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością

miejsce trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji. Rozwiązanie kolumnowe jest oferowane przez wielu producentów europejskich i światowych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

26. Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga (co wydaje się oczywiste) aby funkcja Trendelenburga i anty Trendelenburga nie znajdowała się na pilocie przeznaczonym dla pacjenta tylko na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu medycznego. Funkcja Trendelenburga jest funkcją w niektórych sytuacjach niebezpieczna dla pacjenta i powinna być regulowana wyłącznie pod kontrolą personelu medycznego?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Wanna do masażu wirowego kończyn górnych

27. Czy zamawiający dopuści urządzenie zawierające 40 dysz bez możliwości ustawienia kierunku wypływu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.

28. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (całkowitych) 900x950x920 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

29. Czy zamawiający dopuści urządzenie z nieką w kolorze Calypso (morski niebieski)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Wanna do masażu Wirowego kończyn dolnych

30. Czy zamawiający dopuści urządzenie z dwoma poziomami napełniania 140 i 210 litrów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

31. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (całkowitych) 1165x680x944 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

32. Czy zamawiający dopuści urządzenie z nieką w kolorze Calypso (morski niebieski)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Wanna do masażu podwodnego

33. Czy zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej wartości ciśnienia wody 4,5 bar?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

34. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 2350x1000x960 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

35. Czy zamawiający dopuści urządzenie z niecką w kolorze Calypso (morski niebieski)?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

36. Czy zamawiający dopuści regulację ciśnienia w wężu z pulpitu sterującego?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Wanna do masażu wirowego kończyn górnych

Poz. 13

37. Czy Zamawiający wymaga wanny aby wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych posiadała wymiary

- szerokość 790 mm
- wysokość 930 mm
- długość 770 mm

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wanny o w/w wymiarach.

Wanna do masażu podwodnego

Poz. 13

38. Czy Zamawiający wymaga wanny aby wanna do masażu podwodnego posiadała wymiary

- długość 2300 mm
- szerokość 960 mm
- wysokość 900 mm

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wanny o w/w wymiarach.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Wojciech Machelski