

Pismo: PZP-225/09/2012

Korfantów dnia: 2012-05-10

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420 - 820 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, zamawiający dopuści

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2160 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający dopuści

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2060 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający dopuści

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji segmentu uda w zakresie 0-37⁰

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o udźwigu 150 kg?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autoregresji, za tylko z funkcją autokontur? Funkcja ta nie jest potrzebna jeśli łóżko posiada funkcję autokontur.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema kołami blokowanymi indywidualnie oraz z jednym kołem z funkcją jazdy kierunkowej??

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Czy Zamawiający dopuści gwarancję na łóżka 24 miesiące.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 42 dni od daty podpisania umowy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1030 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 cm i nie pogarsza walorów użytkowych łóżka?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Czy Zamawiający wymaga funkcji Trendelenburga, co wydaje się parametrem potrzebnym przy całodobowej opiece?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wymaga.

13. Czy Zamawiający dopuści 24 miesięczny okres gwarancyjny obejmujący przedmiot zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający dopuści.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy lub inny stosowny termin zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

16.2. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,2% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji dla oferowanych łóżek rehabilitacyjnych do 24 miesięcy? Wskazany okres jest maksymalnie długi, a powszechnie obowiązujące normy prawne nie nakładają na producentów obowiązku udzielania dłuższego okresu gwarancji, zatem wymaganie stawiane przez Zamawiającego nie powinno być umieszczone w treści SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego leże czterosegmentowe, metalowe, lakierowane proszkowo na kolor dopasowany do obudowy wypełnione jest zdejmowanymi panelami z tworzywa HPL charakteryzującego się znacznie wyższą odpornością na ogień, wodę, grzyby oraz uszkodzenia mechaniczne? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i podnosi wartość użytkową łóżka, zapewniając optymalny komfort pacjenta oraz personelu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w bariery boczne wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo na długości ok. $\frac{3}{4}$ leża? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego i nie obniża funkcjonalności łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w tworzywowe bariery boczne podwójnie dzielone i swobodnie opuszczane bez wolnej przestrzeni pomiędzy barierkami a szczytami łóżka o wysokości 43cm? Oferowane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane, bariery doskonale i w pełni zabezpieczają pacjenta przed zakleszczeniem, w łatwy sposób są opuszczane oraz mogą służyć jako podparcie przy wstawianiu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej wynoszącej 220cm? Parametr ten odbiega od wymaganego zaledwie o 5 cm i jest korzystniejszy, gdyż zapewnia większy komfort pacjentów o wyższym wzroście podczas ich rehabilitacji.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej przy podniesionych barierkach wynoszącej 97cm? Parametr ten odbiega od wymaganego zaledwie o 3cm i nie obniża wartości użytkowej łóżka zapewniając pełny komfort pacjentów o różnych gabarytach, ponadto węższe łóżka są bardziej mobilne i łatwiejsze w prowadzeniu, zwłaszcza przez wąskie drzwi i korytarze.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża 2000x860mm? Parametr szerokości minimalnie odbiega od wymaganego i jest dostosowany do całkowitych wymiarów łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja wysokości realizowana jest od 420 do 840mm? Parametry te zapewniają pełne bezpieczeństwo opuszczania leża zarówno przez pacjentów o wyższym jak i o niższym wzroście, ponadto parametr wysokości maksymalnej jest znacznie korzystniejszy od wymaganego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z regulacją kąta przechyłu anty-Trendelenburga do 14°? Parametr ten odbiega od wymaganego zaledwie o 1° co w żaden sposób nie wpływa na wartość użytkową łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka którego podwozie wykonane jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze leża z ośmioma punktami podparcia (nożycowy system wznoszący)? Proponowane rozwiązanie jest w zakresie funkcjonalnym tożsame z wymaganym, gdyż pozwala na ograniczenie miejsc trudnodostępnych, mogących powodować gromadzenie się brudu i zarazków, ułatwia dezynfekcję łóżka, zapewnia jego maksymalną stabilność oraz zwiększa dopuszczalne obciążenie do 250kg, co zdecydowanie podnosi jego funkcjonalność.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w 4 pojedyncze koła o średnicy 150mm centralnie blokowane przy pomocy ramy nożnej umieszczonej przy dolnym szczycie oraz dodatkowe piąte koło kierunkowe? Proponowane rozwiązanie jest w równie korzystne jak wymagane, gwarantuje pełną mobilność łóżka, łatwość prowadzenia oraz uzyskania wymaganego unieruchomienia.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w materac o wymiarach 2000x860x140mm? Parametry te są równie korzystne jak wymagane i jednocześnie odpowiadają wymiarom całkowitym łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o dopuszczalnym bezpiecznym obciążeniu na poziomie 250kg? Parametr ten jest korzystniejszy od wymaganego i podnosi funkcjonalność łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

30. Czy Zamawiający wymaga centralnej blokady wszystkich czterech kół uruchamianej za pomocą dźwigni umieszczonych pod szczytem od strony nóg pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

31. Czy Zamawiający dopuści udźwig łóżka 170 kg?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający