

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-07-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na **Sukcesywne dostawy artykułów medycznych**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Wracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 1a nici chirurgicznych pozycji 1-7 i utworzenie z nich osobnego pakietu. Pozwoli to na postawienie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie do pakietu 6 poz.1

2. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych ale przebadanych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy o ŚOI tzn. EN 420, EN 374-2 piktogramy na opakowaniu, EN 374-3 badania dołączone do oferty.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby informacje o odporności na poszczególne substancje chemiczne opisane były na opakowaniu. Informacje o zgodności z normą EN 374-3 są oznaczone tylko wtedy na opakowaniu, gdy rękawica spełnia wymagania odpowiadające 2 poziomowi skuteczności przy zastosowaniu trzech substancji chemicznych, wymienionych w normie PN-EN 374-1:2005. Do każdej z tych substancji przyporządkowano kod literowy, który jest umieszczany w znakowaniu rękawic.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od postawionego wymogu oznakowania, gdyż jest on niezgodny z wymaganiami PN EN 374-1-2-3 i wprowadzenie wymogu dołączenia wyników badań do oferty.

Jest tylko jeden dystrybutor na rynku, który wprowadza dodatkowe oznakowania na opakowaniu, ale są one niezgodne z wymaganiami dla Wyrobów Medycznych. Utrzymanie tego zapisu doprowadzi do tego, że o uzyskanie Zamówienia Publicznego będzie ubiegał się tylko jeden dystrybutor.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych niebieskich przebadanych zgodnie z En 455-1-2-3, En 374-1-2-3 oraz ASTM F 1671 o grubościach makiet 0,06 +/- 0,02, palce 0,10 +/- 0,02, dłoń 0,08 +/- 0,02 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**Zamawiający dopuszcza powyższe grubości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych po 150 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**TAK, Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

6. Prosimy o wyjaśnienie, czy opisane grubości są grubościami minimalnymi?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**Podane grubości mogą się wahać w granicach +/- 0,01 mm**

7. Prosimy o wyjaśnienie, czy za spełnienie wymogu podanych grubości Zamawiający uzna kartę katalogową i raport z badań producenta?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**TAK, Zamawiający uzna kartę katalogową i raport z badań producenta**

8. Prosimy o odstąpienie od wymogu procesu polimeryzowania rękawic nitrylowych i zgodę na rękawice chlorowane. Rękawice nitrylowe są wykonane z kauczuku syntetycznego, który nie wywołuje reakcji uczuleniowych. Proces chlorowania rękawic ułatwia ich zakładanie nawet na wilgotną dłoń.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**NIE, zgodnie z SIWZ.**

Pytania do poz. 2

1. Czy Zamawiający oczekuje rękawic winylowych bezpudrowych przebadanych na przenikanie patogenów krwiopochodnych zgodnie z ASTM F 1671 ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**TAK, zamawiający oczekuje rękawic zgodnych z normą ASTM F 1671.**

Pytanie do poz. 3

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic foliowych damskich i męskich?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie do pakietu 1b

10. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 kompresy 17- nitkowe ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

11. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 kompresy 30g ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

12. Czy Zamawiający dopuści w poz. 9 gazę – 17 nitkową ?  
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**
13. Czy Zamawiający dopuści w poz.12-14 **Opaski** o czasie wiązania 4-8 min. ?  
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**
14. Czy Zamawiający dopuści w poz.17-19 **Opaski** o dł. 5 m ?  
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**
15. Czy Zamawiający dopuści w poz.20,21-23 dł. **przylepca** 9,15m z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych ?  
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**
16. Czy Zamawiający może **wydzielić** do osobnego pakietu poz.22,29,30-33,36 ?  
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**
17. Czy Zamawiający dopuści w poz. 25 przylepiec o rozm. 15 cm x 10 cm?  
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**
18. Czy Zamawiający dopuści w poz. 26 przylepiec o rozm. 7 cmx 5 cm?  
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**
19. Czy Zamawiający dopuści w poz. 27 opakowania a`50 szt. ?  
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**
20. Czy Zamawiający dopuści w poz. 30 opakowania a` 6 szt. ?  
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:  
**NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

ZAMAWIAJĄCY