

O D P O W I E D Z I na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Dostawę sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji PZP-225/01/2013.**

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

1. Pakiet XI pozycja 1

Czy zamawiający dopuści **Zestaw do operacji biodra** w którego skład wchodzi :

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm, (opakowanie zewnętrzne)
- 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 147 cm , ortopedyczna
- 1 x serweta 98 x 98 cm, pomocnicza, nieprzylepna
- 1 x stokineta pełnobarierowa, 30 x 122 cm 2 warstwowa, elastyczna
- 2 x taśma lepna włókninowa, 9 x 50 cm
- 1 x serweta typu U 196 x 305 cm, wycięcie U 15 x 116 cm przylepne, wzmocnienie chłonne 77 x 119 cm, 2 podwójne uchwyty na przewody, przylepna
- 1 x górna serweta 254 x 183 cm, wzmocnienie chłonne 39 x 67 cm, przylepna (ekran anestetyczny)
- 2 x ręcznik chłonny, 30 x 20 cm rozłożony

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 3-warstwowego na całej powierzchni (PP+PE+PP) bez zawartości pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy spełniający wysokie wymagania wg normy EN 13795, gramatura maks. 65 g/m² (w strefie krytycznej maks. 145 g/m²), odporność na rozerwanie na mokro i na sucho obszar krytyczny min 490 kPa obszar niekrytyczny min. 200 kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3; pakowany w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji. Min. 4 jednorodne, samoprzylepne etykiety do dokumentacji pacjenta zawierające informacje na temat producenta, numeru katalogowego, numeru lot, daty ważności produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

2. Pakiet XI pozycja 2

Czy zamawiający dopuści **Zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych**, sterylny, serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) na całej powierzchni , odpornego na penetrację wirusów krwiopochodnych, pozbawione pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy spełniające wysokie wymagania wg normy EN 13795, o gramaturze min. 66 g/m², odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro i sucho min. 200kPa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min.110 N.

Minimalny skład zestawu:

- 1szterweta,samoprzylepna,160-175cmx 220-260cm
- 1szt serweta samoprzylepna, 175-200 cm x 185- 200 cm
- 2 szt serweta samoprzylepna na całej długości dłuższego boku, 75-85 cm x 90-100 cm.
- 1szt serweta na stół instrumentariuszki 140-155 cm x 180-200 cm
- 1szt serweta na stół Mayo 75-80 cm x 140-150 cm .
- 1szt taśma typu rzep z nitką radiacyjną minimum 2-3 cm x 13- 23 cm
- 4szt ręcznik do rąk wzmacniany siecią syntetyczną.

Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum 4 jednorodne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

3. Pakiet XI pozycja 3

Czy zamawiający dopuści Czy zamawiający dopuści Zestaw operacyjny na końcówce wykonana na całej powierzchni z miękkiego, łatwo układającego się, nie pyłącego, niepalnego laminatu trójwarstwowego- , polipropylenowo- polioetylenowy materiałów . Materiał cechuje się bardzo wysokim współczynnikiem chłonności, który wynosi minimum 400 % , Gramatura na całej powierzchni 62g natomiast w miejscu wzmocnień gramatura wynosi 140g Środkowa warstwa z folii polietylenowej stanowi nieprzepuszczalną barierę dla bakterii i wirusów jak i płynów (H₂O>200cm). Materiał na całej powierzchni znacznie przekracza wysokie wymagania dla strefy krytycznej wg EN 13795. Miękką spodnią warstwę polipropylenową chroni skórę przed przyklejaniem się do folii, co zapobiegnie powstawaniem odparzeń skóry przy długich zabiegach. Obłożenie składa się z :

1 x Papier zabezpieczający (opakowanie wewnętrzne)

1 x Serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm

1x Serweta 91x150 cm nieprzemakalna

1 x Serweta główna 242 x 300 cm, otwór elastyczny ø 5 cm, wzmocnienie chłonne

1 x Samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep (Velcro®) 2,5 x 13 cm 1x Stolik Mayo pakowany 80x147 cm w dodatkowe opakowanie sterylne 1x Taśma klejąca włókninowa 9x50

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

4. Pakiet XI pozycja 4

Czy zamawiający dopuści **Sterylny zestaw do artroskopii**. W skład zestawu wchodzi:

-serweta główna o wymiarach 221/290/310cm z obłożeniem ramion stołu , z podwójnym , elastycznym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm , ze wzmocnieniem chłonnym 74x92 cm wokół otworu z torbą na płyny 96x81 cm z pionowymi i poziomymi kształtkami z filtrem i portem do ssaka , 3 uchwytna przewody typu Serweta wykonana jest z bardzo dobrego materiału typu SMS o gramaturze 43g/m² w miejscach wzmocnień około 112 g/m²

-serweta na stolik Mayo 75x141cm,

-serweta na stolik narzędziowy 152x193cm.

2x ręczniki do rąk 34x36cm

2x taśmy SMS 10x50cm

-osłona na końcówce 23 x 91 włókniny Wet-laid

Opakowanie-wentylowana torba do sterylizacji, wyposażona w 4 samoprzylepne, jednorodnie etykietowane do archiwizacji danych zawierające: nr kat. nazwę producenta, datę ważności, nr serii.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

5. Pakiet VII, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaferowania folii operacyjnej bakteriobójczej o powierzchni lepnej 55x45 cm

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

6. Pakiet VII, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaferowania folii operacyjnej bakteriobójczej o powierzchni lepnej 35x35 cm

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

7. Pakiet VII, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaferowania folii operacyjnej bakteriobójczej o powierzchni lepnej 10x20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

8. Pakiet VII, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 10x14 cm lub 15 x 28 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

9. Pakiet VII, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zaferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 15 x 28 cm lub 30x28 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

10. Pakiet VII, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zaferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 30x28 cm lub 40x42cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

11. Pakiet VII, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 40x42cm lub 30 x 28 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

12. Pakiet VII, poz. 8


Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii operacyjnej o powierzchni lepnej 45x55 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy opisu przedmiotu Zamówienia Pakietu Nr XI

13. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 1 zaoferowano zestaw do operacji biodra spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie:


1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów 300x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	200x260 1
3. serweta chirurgiczna	75x90 1
4. serweta na stół	150x190 1
5. osłona na kończyne	32x120 1
6. taśmy samoprzylepne	9x49 2
7. ręczniki chłonne	18x25 4
8. wzmocniona osłona na stół Mayo	79x145 1
9. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190 1



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

14. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 2 zaoferowano wzmocniony, czterowarstwowy zestaw uniwersalny spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie:


1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	240x150 1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej	90x75 2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175 1
4. taśma samoprzylepna	9x49 1
5. ręczniki chłonne	18x25 4
6. osłona na stół MAYO	79x145 1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190 1



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

15. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 3 zaoferowano wzmocniony, zestaw do operacji dłoni/stopy spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie:


- | | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów | 230x315 | 1 |
| 2. wzmocniona osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 3. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

16. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 4 zaoferowano wzmocniony, zestaw do operacji na kończynie spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie


- | | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów | 230x315 | 1 |
| 2. serweta na stół | 150x190 | 1 |
| 3. osłona na kończynę | 22x75 | 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 6. wzmocniona osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

17. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 5 zaoferowano wzmocniony, zestaw do artroskopii spełniający wszystkie wymagania obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 w składzie:

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu | 230x320 | 1 |
| 2. serweta na stół | 150x190 | 1 |
| 3. osłona na kończynę | 22x75 | 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 6. osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. osłona na stół - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |



18. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 6 zaoferowano taśmę samoprzylepną w rozmiarze 9x49cm bez samoprzylepnych naklejek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

19. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 8 zaoferowano osłonę na przewody w rozmiarze 17x250cm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

20. Czy Zamawiający dopuści, aby w poz. 9 zaoferowano osłonę na stolik Mayo wykonana z : folii PE o grubości 60 mikronów oraz włókniny wiskozowej o gramaturze 27 g/m2 (łącznie: 82,2g/m2) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy projektu umowy

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 1b poprzez nadanie mu brzmienia „w wysokości 1% *wartości netto zamówionej a niezrealizowanej części* przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

22. Pakiet nr 6, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści wkłady posiadające 3 króćce przyłączeniowe: do pacjenta, do próżni oraz do tandemu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Ponadto pragniemy nadmienić, iż każdy z portów jest wyraźnie opisany co chroni przed niewłaściwym podłączeniem drenów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

23. Pakiet nr 6, pozycje 3 - 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z łącznikiem prostym służącym do podłączenia źródła próżni, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

24. Pakiet nr 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką Yankauer CH23, bez kontroli odsysania, z drenem o średnicy wewnętrznej 5,60mm, długość drenu 210cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

25. Pakiet nr 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer CH23, bez kontroli odsysania, pakowane pojedynczo (folia/papier), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

26. Pakiet nr 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Zamawiający
Wojciech Machelski