

**ODPOWIEDZI
na zapytania w sprawie SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawę sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji PZP-225/02/2013.**

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

Pytania do Umowy:

§ 2 punkt 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 2 dni na 3 dni robocze od złożenia zamówienia przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

§ 6 punkt 1b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary z 5% na 1% wartości niedostarczonego zamówienia za dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania do SIWZ:

Pakiet I poz. 1-2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do podawania tlenu oraz przedłużacza do podawania tlenu jałowych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet I poz. 5-6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pierścieni wokół rurki, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet I poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnicy intubacyjnej w rozmiarze 5 mm i długości 370 mm dla rurek w rozmiarze 6-11 mm i/lub przewodnicy intubacyjnej w rozmiarze 4 mm i długości 340 mm dla rurek w rozmiarze 5-8 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet I poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnicy do trudnych intubacji w rozmiarze 5 mm /60 mm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet I poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski krtaniowej do sterylizacji chemicznej, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet I poz. 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do konikotomii sterylne, uprzednio złożonego do natychmiastowego użycia w zestawie ze strzykawką, kaniulą o średnicy 4mm,

karbowaną rurką łączącą i tasiemką mocującą, ze specjalnie ściętym końcem igły eliminującym konieczność użycia skalpela?

Lub

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do konikotomii w zestawie ze skalpelem nr 15, strzykawką, igłą wyposażoną we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą, rurką tracheostomijną o średnicy 6 mm, wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz opaską do przymocowania rurki tracheotomijnej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu do konikotomii sterylnej, uprzednio złożonego do natychmiastowego użycia w zestawie ze strzykawką, kaniulą o średnicy 4mm, karbowaną rurką łączącą i tasiemką mocującą, ze specjalnie ściętym końcem igły eliminującym konieczność użycia skalpela. Nie wyraża zgody na część drugą pytania.

Pakiet I, pozycja 16:

Czy w wymienionej pozycji Zamawiający oczekuje maski typu respirator klasy FFP3 z zaworem wydechowym i filtrem chirurgicznym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje maski typu respirator klasy FFP3 z zaworem wydechowym.

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne cewniki do podawania tlenu przez nos o długości 200cm lub 300cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylne przedłużacze do podawania tlenu o długości 210cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone posiadające dwa znaczniki głębokości w postaci pierścieni wokół rurki, bez linii RTG, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone posiadające dwa znaczniki głębokości w postaci pierścieni wokół rurki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki były silikonowane ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 1, pozycja 7


Czy Zamawiający dopuści prowadnice o długości 380mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści 3-częściowy przyłepiec do mocowania rurki intubacyjnej i ustnogardłowej, składający się z:

- 2 podkładek przyklejonych pokrytych hypoalergicznym klejem, wykonanych z mikroporowatej włókniny z rzepami od strony zewnętrznej,
- 1 włókninowego paska mocującego z przyklejonym polem do stabilizacji na rurce, jak na załączonych rysunkach ?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 1, pozycje 17 - 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjne o powierzchni przylepnej 14cm x 21cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjne o powierzchni przylepnej 20cm x 26cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjne o powierzchni przylepnej 40cm x 35cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjne o powierzchni przylepnej 30cm x 36cm lub 40cm x 35cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjne o powierzchni przylepnej 45cm x 48cm lub 55cm x 51cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Zamawiający
Wojciech Machelski
