

**Opolskie Centrum Rehabilitacji  
Wyzwolenia 11  
48-317 Korfantów**

**Pismo: PZP-225/02/2013**

Korfantów dnia: 11-02-2013 r.

## **ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawę sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji PZP-225/02/2013.**

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

### **Pakiet I poz. 2**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza mikrobiologicznie czystego o długości 210 cm.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę**

### **Pakiet I poz. 9,10**

Czy maska krtaniowa ma posiadać zabezpieczenie w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźny niewbudowany dren do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

### **Pakiet II poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu łączącego o średnicy wewnętrznej 5,6 oraz średnicy zewnętrznej 8,0?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

### **Pakiet I poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski krtaniowej do sterylizacji w autoklawie parowym o temperaturze do 134°, co jest przyjętym standardem, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę**

*Zamawiający*

---