

**Opolskie Centrum Rehabilitacji
Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów**

Pismo: PZP-225/06/2013

Korfantów dnia: 27.03.2013 r.

O D P O W I E D Z I na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji PZP-225/06/2013.**

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

Zadanie nr 2 Stół rehabilitacyjny

1. Czy Zamawiający dopuści stół o stabilnej konstrukcji na 4 stopkach, posiadający cztery koła z centralną blokadą.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy Zamawiający dopuści stół w którym podnoszenie ramy górnej stołu odbywa się bez zmiany pozycji blatu. Regulacja wysokości w zakresie 450-950 mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści

3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół rehabilitacyjny o parametrach;
Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej w przedziale (-60 do +60 stopni)
Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika hydraulicznego - nożnego, regulacja wysokości w zakresie 530 – 930 mm

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści

4. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję stołu stabilną, na czterech stopkach (kółka wysuwane za pomocą dźwigni, 2 skrzętne)?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody

5. Czy Zamawiający dopuści regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej w przedziale od -90 do +80 stopni?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści

6. Czy Zamawiający dopuści regulowaną wysokość leżyska za pomocą siłownika hydraulicznego – nożnego, z regulacją wysokości w zakresie 570 do 940 mm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści

7. Czy Zamawiający dopuści stół o konstrukcji prostokątnej, która pozwala na zmianę wysokości leżyska bez zmiany pozycji blatu oraz pozwoli na większą stabilność przez cały okres użytkowania?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE, Zamawiający nie dopuści

Zamawiający
