

**Opolskie Centrum Rehabilitacji
Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów**

Pismo: PZP-225/06/2013

Korfantów dnia: 29.03.2013 r.

O D P O W I E D Z I na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji PZP-225/06/2013.**

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

Dotyczy pakiet: 2

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nieznacznie różniące się od wymaganego w siwz tj:

Dwuczęściowe leżysko.

Stabilna konstrukcja wsporcza wykonana z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo

Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej w przedziale (-85 do +35 stopni)

Podglówek z wycięciem na twarz

Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego - **nożnego**, regulacja wysokości w zakresie 440 – 1010 mm

Centralny system jezdny do przemieszczania stołu z blokadą umożliwiającą zablokowanie kół z dowolnej strony stołu

Szerokość – 60 cm

Długość – 200 cm

Kolor tapicerki - zielony

Pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakiet: 6

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nieznacznie różniące się od wymaganego w siwz tj:

Regulacja wysokości leża i kąta nachylenia leża za pomocą siłowników elektrycznych

Regulacja wysokości leża (w pozycji 0 stopni) od 58-960 cm

Regulacja kąta nachylenia leża 0- 87 stopni

Sterowanie za pomocą pilota

Zamontowany podnóżek pod kątem 90 stopni do leżyska

4 kółka jezdne – wszystkie skrętne

Hamulce na wszystkich kołach jezdnych

3 pasy stabilizujące pacjenta

Dopuszczalne obciążenie do 160 kg

Długość leżyska od 200 cm

Szerokość leżyska 680 cm

Kolor tapicerki zielony

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Podnośnik jezdny dla pacjenta hydrauliczny

Zwracamy się do Państwa o dopuszczenie do ww. postępowania urządzenia do transportu pacjenta o następujących parametrach:

- podnośnik do podnoszenia, transportu i opuszczania pacjentów

- kompaktowa konstrukcja umożliwiająca przechowywanie podnośnika po złożeniu nawet pod łóżkiem

- uproszczony do maksimum montaż i demontaż (bez użycia narzędzi) oraz bezpieczna

obsługa

- posiada stabilny statyw z ramą jezdnią zaopatrzoną w kółka skrętne z blokadą na dwóch tylnych kółkach
- funkcje podnoszenia i opuszczania sterowane są za pomocą siłownika elektryczne zasilanego akumulatorowo
- posiada funkcję awaryjnego zatrzymania i opuszczania ramienia podnośnika - maksymalna wysokość 171 cm
- minimalna wysokość ramienia 44 cm
- maksymalna szerokość ramy 104 cm
- minimalna szerokość podstawy 65 cm
- długość podstawy 115 cm
- wysokość podstawy 10 cm
- waga 40 kg
- maks. waga pacjenta 170 kg

Podstawa i uzasadnienie:

W zamieszczonej przez Państwa specyfikacji w załączniku Nr 1 do SIWZ znalazły się parametry sugerujące konkretne urządzenie i konkretnego producenta. Urządzenie to, to podnośnik Sun Lift Mini G 170 H, którego dystrybutor w oficjalnym mailu poinformował Nas o wycofaniu tego produktu ze sprzedaży. Przedstawione przez Państwa wymagane parametry wskazują niestety tylko jedno urządzenie tego typu na rynku i żadne inne urządzenie nie spełnia wymagań zawartych w Załącznik Nr 1 do SIWZ (tj. podanych zakresów wymiarów oraz siłownika hydraulicznego). W zaistniałej sytuacji nie ma możliwości przedstawienia Państwu oferty przetargowej na ww. sprzęt. Ograniczenia oraz zapisy w specyfikacji naruszają w ten sposób zasady Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 29).

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dopuszczenie urządzenia o innych parametrach (nieznacznie odbiegających od wymaganych), przypuszczamy bowiem, że Zamawiający nie był świadomy zaistniałej sytuacji związanej z wycofaniem produktu podczas tworzenia specyfikacji na podnośnik jezdny.

Proponowane przez Nas urządzenie wyposażone jest w siłownik elektryczny zasilany akumulatorowo co jest z pewnością rozwiązaniem niegorszym, a przede wszystkim dużo wygodniejszy niż siłownik hydrauliczny, nie tylko dla osoby obsługującej jak i dla samego pacjenta, gdyż ogranicza on dyskomfort skokowego podnoszenia ramienia podnośnika. W przypadku odrzucenia naszego urządzenia prosimy o informację jakie inne urządzenie spełnia zawarte w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik Nr 1 do SIWZ,) parametry. Prosimy o podanie konkretnego typu i producentów takiego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na siłownik elektryczny. Siłownik powinien być tylko hydrauliczny. Zamawiający wyraża zgodę na pozostałe parametry.

Punkt nr 4: Podnośnik jezdny dla pacjentów hydrauliczny

1. Czy Zamawiający wymaga podnośnik jezdny sterowanie elektryczne za pomocą pilota (łatwiejsza, oraz komfortowa obsługa) ?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga szeroki zakres podnoszenia od 37 do 184 cm co wpływa na zwiększenie funkcjonalności podnośnika?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający wymaga maksymalną wysokość podnośnika do 205 cm (spowodowane jest to większym zakresem podnoszenia) ?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający wymaga podnośnik o wadze 48 kg (waga uwzględniająca system elektrycznego opuszczania i elektrycznego rozstawu nóg) ?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający wymaga udźwig o większym zakresie, tj, do 175 kg ?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.

Zamawiający
Wojciech Machelski
