

O D P O W I E D Z **na zapytania w sprawie SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji PZP-225/06/2013.**

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin? Wydłużenie terminu umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie oferentów, przez co zwiększy konkurencyjność składanych ofert i pozwoli na realny wybór najkorzystniejszej z nich.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, którego konstrukcja wykonana jest z kształtowników stalowych malowanych farbą proszkową w kolorze białym? Oferowany parametr ma jedynie znaczenie estetyczne i nie wpływa na walory funkcjonalne.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, którego rama leża wypełniona jest metalowymi lamelami o trwałej konstrukcji? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym, a stabilna konstrukcja zapewnia długotrwałe użytkowanie łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, w którym regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu ud oraz wysokości regulowana jest przy pomocy pilota jednak bez możliwości blokady? Regulacja poszczególnych funkcji łóżka za pośrednictwem przewodowego pilota służy zwiększeniu wygody i niezależności pacjenta, a przy tym ma ułatwić pracę personelu medycznego. Blokada funkcji nie jest zatem konieczna, jako że sterowanie poszczególnymi parametrami łóżka oraz zakres regulacji nie stanowi żadnego zagrożenia dla pacjentów i ich stanu zdrowia. Ponadto pilot
-

zawieszany jest na barierce łóżka w taki sposób, że nie ma możliwości aby przypadkowo uruchomić jakiejkolwiek funkcje.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy w punkcie 5 zestawienia parametrów technicznych Zamawiający ma na myśli regulację segmentu podudzia za pomocą systemu zapadkowego? Sformułowanie „regulacja segmentu nóg” nie jest wystarczająco precyzyjne, zważywszy na to, że leże jest cztero segmentowe.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający ma na myśli regulacje segmentu podudzia.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża i składane wzdłuż niego, aby umożliwić łatwe i bezpieczne opuszczenie łóżka przez pacjenta, jednak bez blokady? Oferowane rozwiązanie gwarantuje maksimum bezpieczeństwa dla pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne wyposażone w funkcję autokonturu, jednak bez autoregresji? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia wygody i bezpieczeństwa pacjentów.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne o długości całkowitej 2110 mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego i jest optymalnie dostosowany do potrzeb użytkowych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne o wymiarach leża 880 mm x 1980 mm? Oferowane parametry tylko w nieznaczny sposób odbiegają od wymaganych i zostały dostosowane do warunków funkcjonalnych tak, aby zapewnić komfort hospitalizowanym pacjentom.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne z elektryczną regulacją wysokości realizowaną w zakresie 360mm – 760mm? Oferowane rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leża dla hospitalizowanych pacjentów, chroniąc przed ewentualnymi urazami związanymi z upadkiem, szczególnie pacjentów starszych. Ponadto elektryczna regulacja funkcji ułatwia pracę personelu medycznego, a także obsługę łóżka przez pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie od 0 do 32°? Oferowane rozwiązanie jest

optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce zapewniając pełny komfort dla hospitalizowanych pacjentów.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy 100 mm, z blokadą indywidualną, jednak bez blokady jazdy i obrotu? Oferowane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej zapewniając pełną mobilność łóżka oraz łatwość manewrowania, a zarazem możliwość pełnego unieruchomienia.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, wyposażone w elektryczne sterowanie wszystkimi funkcjami łóżka przy pomocy pilota przewodowego, bez możliwości blokady? Oferowane rozwiązanie zostało dostosowane do obsługi łóżka przez pacjentów, dla zwiększenia ich wygody i niezależności tak, aby ułatwić przy tym pracę personelu medycznego. Blokada funkcji nie jest zatem konieczna, jako że sterowanie poszczególnymi parametrami łóżka nie stanowi żadnego zagrożenia dla pacjentów i ich stanu zdrowia.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, w ramach wyposażenia łóżka, materac o wysokości 12 cm? Oferowany parametr jest korzystniejszy ze względu na wygodę pacjenta

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2090 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o wymiarach 2000x880x100 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego i jest przystosowany do leża o wymiarach 2000x900mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Czy Zamawiający dopuści 24 miesięczny okres gwarancji?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Czy Zamawiający dopuści 72 godzinny czas reakcji serwisu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zgodzi się na inne wydłużenie przedmiotowego terminu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o długości całkowitej 2230 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o długości leża 2020 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne bez funkcji autoregresji ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Wojciech Machelski