

O D P O W I E D Z **na zapytania w sprawie SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji PZP-225/06/2013.**

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

1. Dotyczy pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko rehabilitacyjne posiadające konstrukcję wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo w kolorze szarym?
Oferowany parametr jest parametrem lepszym od wymaganego.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.
 2. Dotyczy pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko rehabilitacyjne posiadające segmenty leża wypełnione płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację pacjenta?
Oferowany parametr jest parametrem lepszym od wymaganego.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.
 3. Dotyczy pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko rehabilitacyjne posiadające sterowanie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej i wewnętrznej z możliwością selektywnej blokady poszczególnych funkcji zlokalizowanych pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta?
Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność łóżka.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.
 4. Dotyczy pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko rehabilitacyjne posiadające leże podzielone na 4 segmenty z czego 3 ruchome elektrycznie z manualną regulacją segmentu podudzia?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.
 5. Dotyczy pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko rehabilitacyjne posiadające barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z
-

segmentami łóżka, zapewniające ochronę w pozycji leżącej oraz ochronę w pozycji siedzącej? Barierki po złożeniu chowają się pod leże dla zapewnienia łatwego transferu pacjenta zarówno na wózek do transportu w pozycji leżącej jak i w pozycji siedzącej. Materace styczne są na całej długości po dostawieniu wózka do transportu.

Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dotyczy pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko rehabilitacyjne posiadające długość całkowitą leża 228,6cm? oraz szerokość (z opuszczonymi barierkami bocznymi) wynoszącą 93cm?

Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dotyczy pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko rehabilitacyjne posiadające szerokość leża 92cm?

Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Dotyczy pkt. 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko rehabilitacyjne posiadające regulację wysokości w zakresie 46,5 – 76,5cm?

Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dotyczy pkt. 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko rehabilitacyjne posiadające regulację segmentu uda w stosunku do poziomemu ramy leża w zakresie 0 - 25°?

Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Dotyczy pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko rehabilitacyjne posiadające kolor łóżka tj. szczyty, barierki, konstrukcja w kolorze szarym? Szczyty zdejmowane jednym ruchem dla natychmiastowego dostępu anestezjologa do pacjenta w sytuacjach ratujących życie - w jednej kolorystyce? Szczyty łóżka z tworzywa sztucznego z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka.

Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Dotyczy pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko rehabilitacyjne posiadające regulacje funkcji sterowanych elektrycznie odbywających się z użyciem:

- przycisków na panelu centralnym zlokalizowanych w szczycie dolnym (od strony nóg pacjenta) z możliwością selektywnej blokady – wszystkie regulacje,
- przycisków na obustronnych panelach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej i wewnętrznej – regulacja wysokości, kąta nachylenia segmentu oparcia, uda oraz pozycji krzesła kardiologicznego?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dotyczy pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac piankowy, przeciwodleżynowy, z pokrowcem nieprzemakalnym paro przepuszczalnym, długością i szerokością pasującym do leża łóżka o wymiarach 203x90x10cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Dotyczy pkt. 22: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2012 r.?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

14. Dotyczy pkt. 24: W celu ujednoczenia zapisów siwz i wzoru umowy zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację pkt 24 załącznika nr 1 na: „*Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu, podzespołu, modułu na nowy; max trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika*”. Zapis istniejący obecnie jest sprzeczny z zapisem §5 ust. 10 wzoru umowy.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający ujednocza zapis w pkt 24 załącznika nr 1 na tożsamy z zapisem §5 ust. 10 wzoru umowy.

15. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę załącznika nr 4 do siwz. Zgodnie z pkt. 6.2 ppkt. B załącznik nr 4 powinien zawierać wzór wykazu dostaw.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający zmienia numerację załączników do SIWZ (część IV) na następujące:

Załącznik nr 1 – Zestawienie parametrów technicznych i warunków gwarancji
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Projekt umowy
Załącznik nr 4 - Wykaz zadań
Załącznik nr 5 – Oświadczenie art.22 i 24
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie www.bip.ocr.pl zakładka „postępowania przetargowe 2013” brakujący załącznik nr 4 – wykaz zadań

16. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę §2 ust. 1 wzoru umowy na: „Zamawiający ma prawo wypowiedzieć w trybie natychmiastowym niniejszą umowę, jeżeli Wykonawca zawarł w ofercie nieprawdziwe dane”.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §3 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób:
„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie do §5 ust. 3 wzoru umowy oraz do pkt. 23 załącznika nr 1, następującego sformułowania: „*Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, akcesoriów oraz materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych). Zamawiający będzie nabywał je sukcesywnie na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni jednak dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych stosowanych do urządzeń będących przedmiotem zamówienia*”.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

19. W §5 ust. 8 wzoru umowy Zamawiający wymaga od Wykonawców zadeklarowania maksymalnego naprawy – do 7 dni roboczych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do powyższych zapisów, iż w przypadku braku części w magazynie i konieczności sprowadzenia ich spoza granic Polski, czas naprawy będzie wynosił maksymalnie 14 dni?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego (§5 ust. 9 wzoru umowy) zważywszy, że zainstalowanie sprzętu zastępczego jest znacznie utrudnione i podraża koszty oferty?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o poprawienie omyłki w §5 ust. 13 wzoru umowy: „*w przypadku niedostarczenia w terminie dokumentów określonych w pkt. 5 (...)*”. Wspomniany pkt. 5 dotyczy napraw gwarancyjnych, zapewne Zamawiający miał na myśli pkt. 12 dotyczący dokumentów jakie należy dostarczyć wraz z przedmiotem umowy.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający zmienia §5 ust. 13 wzoru Umowy na:

W przypadku niedostarczenia w terminie dokumentów określonych w pkt 12 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od daty protokolarnego przyjęcia przedmiotu umowy (zamówienia).

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §6 ust. 1 wzoru umowy na: „*W przypadku nie wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w §1 ust. 2 lub 3 umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy oraz żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy*”?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §6 ust. 2b wzoru umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,2% wartości przedmiotu umowy, którego opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, gdy umowa nie zostanie wykonana przez Wykonawcę w terminie określonym w §1 ust. 2?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §6 ust. 2c wzoru umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,1% wartości przedmiotu umowy, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia, w przypadku opóźnienia terminu reakcji serwisowej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów §6 ust. 4 wzoru umowy na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wykonane z kształtowników metalowych lakierowanych proszkowo w kolorze innym niż RAL 9006?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z ramą leża wypełnioną metalową siatką wykonaną z pręta o średnicy min. Ø 3mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażone w pilot z funkcją blokady wszystkich funkcji przy pomocy klucza magnetycznego?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Czy w rozumieniu pkt. 5 Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu ud dokonywaną elektrycznie oraz segment podudzia dokonywany mechanicznie?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne bez funkcji autoregresji?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o całkowitej długości 2080mm? Oferowany parametr nie różni się znacząco od oczekiwanego i w żadnym wypadku nie wpływa na jego funkcjonalność.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

33. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o szerokości leża 860mm? Oferowany parametr nie różni się znacząco od oczekiwanego i w żadnym wypadku nie wpływa na jego funkcjonalność.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

34. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 390 – 810 co jest parametrem korzystniejszym od oczekiwanego?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z bezpiecznym obciążeniem roboczym 170kg w każdej pozycji? Oferowany parametr różni się tylko o 5kg od oczekiwanego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

36. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne wyposażony w materac o szerokości 880mm? Parametr ten różni się tylko o 20mm od oczekiwanego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Czy Zamawiający dopuści materac dopasowany do wymiarów leża?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wojciech Machelski
