

O D P O W I E D Z **na zapytania w sprawie SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Sukcesywne dostawy artykułów medycznych."**

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

Pakiet 6, poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,10-0,11mm, na dłoni 0,6-0,7 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wewnętrznie chlorowanych. Proces chlorowania rękawic pozbawia rękawice pozostałości resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji z powierzchni rękawicy. Rękawice chlorowane są „czystsze” i wywołują mniej podrażnień skóry. Proces polimeryzacji rękawic nitrylowych występuje wtedy, gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania rękawicy. Tym samym rękawice polimeryzowane od strony roboczej (kontakt rękawicy z pacjentem) mogą powodować występowanie reakcji skórnych u pacjentów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. II ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający wymaga kategorii III.

4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu nadruku na opakowaniu informacji o substancjach chemicznych z poziomami ochrony , gdyż jest to niezgodne z wymaganiami PN EN 374 ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice spełniały normy, co będzie poparte odpowiednim dokumentem:

EN 455 :1 - badania na nieobecność dziur (AQL równy lub mniejszy 1,5)

EN 455 :2 - wymagania i badania właściwości fizycznych

EN 455 :3 - wymagania w ocenie biologicznej

EN 455 :4 - wymagania i badania dotyczące wyznaczonego okresu trwałości.
Zaznaczmy, że zapis taki uchroni zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Zaznaczmy, iż w żaden sposób taki wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji gdyż większość firm oferujących rękawice takowe normy posiada.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 6, poz. 2

7. Czy Zamawiający wymaga rękawic winylowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTM F 1671 ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice spełniały normy, co będzie poparte odpowiednim dokumentem:

EN 455 :1 - badania na nieobecność dziur (AQL równy lub mniejszy 1,5)

EN 455 :2 - wymagania i badania właściwości fizycznych

EN 455 :3 - wymagania w ocenie biologicznej

EN 455 :4 - wymagania i badania dotyczące wyznaczonego okresu trwałości.

Zaznaczmy, że zapis taki uchroni zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Zaznaczmy, iż w żaden sposób taki wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji gdyż większość firm oferujących rękawice takowe normy posiada.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Projekt umowy, § 2, pkt. 2

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 6, poz. 1

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubości na palcu 0,10-0,11mm, na dłoni 0,06-0,07 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr I poz.7 na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr I na wyłączenie pozycji od 1 do 7 i utworzenie z nich odrębnego pakietu?

UZASADNIENIE: Wyłączenie powyższych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu pozwoli na złożenie ważnej Oferty w tym zadaniu większej liczbie Oferentów a co za tym idzie Zamawiający może uzyskać znacznie lepszą cenę na zapotrzebowany materiał szewny.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet VI poz.1

13. Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,10-0,14 mm, dłoń 0,06-0,09 mm, mankiet 0,05-0,08 mm.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet VI poz.1

14. Prosimy o odstąpienie od warstwy polimerowej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet VI poz. 1

15. Prosimy o odstąpienie od informacji na opakowaniu o 10 substancjach, w zamian do oferty zostanie załączony odpowiedni dokument, lub o zmniejszenie wymogu do 4 substancji na opakowaniu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 1 pozycji 1-7 do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwość pozyskiwania naprawdę korzystnych cen.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający