

**Opolskie Centrum Rehabilitacji
Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów**

Pismo: PZP-225/13/2013/1

Korfantów dnia: 2013-10-24

**Air Products Sp. z o.o.
Ul. Kielecka 30
42-470 Siewierz
fax 32 67 28 997**

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-10-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony na Sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych**
Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1

Zapewne Zamawiający żąda, zgodnie z normą PN-EN-1789:2008 (mówiąca m.in. o obowiązkowym wyposażeniu karetki w przenośny zbiornik z tlenem medycznym o pojemności min. 0,4 m³), dostaw tlenu medycznego w butlach o pojemności 2l i zawartości gazu 0,43 m³. Nadmieniamy, że w butli o pojemności 2l przy ciśnieniu napełnienia 200 bar znajduje 0,43m³ tlenu, a przy ciśnieniu 150 bar tylko 0,32m³. Prosimy o stosowne zmiany w SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamówienia na tlen medyczny w butlach 2l będą realizowane według potrzeb, tj. na napełnianie ciśnieniem 150 bar oraz 200 bar. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza , aby przynajmniej część dostaw butli 2l odbywała się w butlach stalowych lub dopuści czasowo dostawę butli stalowych 2l? Jak wynika z naszej wiedzy na rynku tylko jedna firma dysponuje butlami 2l aluminiowymi co naraża Zamawiającego na naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz zasadę równego traktowania wykonawców art. 7 PZP i uniemożliwia złożenie oferty pozostałym Wykonawcom.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Tak. Dostawy mogą być realizowane w butlach stalowych i aluminiowych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający żąda aby przynajmniej część dostaw tlenu medycznego butle 10l odbywała się w butlach aluminiowych? Butle te są o około połowę lżejsze od butli stalowych, co nie jest bez znaczenia przy transporcie tych butli, zwłaszcza przez kobiety (np. pielęgniarki) i jednoczesnym spełnianiu przepisów BHP. Koszty wydzierżawienia takich butli są takie same jak butli stalowych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający wymaga aby dostawy tlenu medycznego realizowane były w butlach stalowych i aluminiowych.

Pytanie 4

Proszę o wprowadzenie następujących zmian w Druku Wzór Umowy:

- a) W § 4 ust 1 prosimy o zmianę z „otrzymania” na „wystawienia” lub „sprzedaży”.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl

Zamawiający

Proszę o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma na nasz numer faxu:

077 43 44 004

dn.....2013r.

ilość stron:.....

podpis i pieczęć osoby upoważnionej:

.....