

Opolskie Centrum Rehabilitacji
Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów

Pismo: PZP-225/06/2013

Korfantów dnia: 2013-04-08

P O W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczonego** na **Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego** informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma

MEDEN-INMED Sp. z o.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych warunków zamówienia, Wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)	Cena (koszt)
2	MEDEN-INMED Sp. z o.o. ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin	100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1	1 Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego "KORFANTÓW" sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów	Art. 89. ust.1 pkt 2 Brak poprawności merytorycznej Niezgodność oferowanych parametrów sprzętu z warunkami opisanymi w specyfikacji OCR. Poz. 4 Podnośnik hydrauliczny dla pacjenta Lp.2 - niezgodne ze specyfikacją – Zamawiający nie dopuszczał sterowania elektrycznego, tylko hydrauliczne Lp. 7 - niezgodne ze specyfikacją - Zamawiający wymagał maksymalnej wysokości podnośnika 175 cm, Lp. 9 - niezgodne ze specyfikacją - Zamawiający

		wymagał maksymalnej szerokości podstawy 108 cm, Lp. 10 - niezgodne ze specyfikacją – Zamawiający wymagał wagi podnośnika do 40 kg Poz. 6 Stół pionizacyjny LP 2 - niezgodny ze specyfikacją - brak regulacji wysokości leża LP 3 - niezgodny ze specyfikacją - brak regulacji wysokości leża przy kącie 0 stopni
--	--	--

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

.....