

ODPOWIEDZ na zapytania w sprawie SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” **Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji**”

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

Pytanie 1

W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i materiałów medycznych jednorazowego użytku zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 - GOLARKA MEDYCZNA z Wykazu asortymentowo-cenowego PAKIET I (załącz. nr 1a do SIWZ) i utworzenie z tej pozycji odrębnego zadania.

Na rynku sprzedaż takich golarek odbywa się również poprzez zupełnie inne kanały dystrybucji niż sprzedaż pozostałych materiałów jednorazowego użytku wymienionych w pakiecie I tego postępowania przetargowego.

Wydzielenie powyższej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania będzie korzystne dla Zamawiającego, gdyż pozwoli na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców bez konieczności korzystania z pośredników. Powyższa zmiana da Zamawiającemu możliwość uzyskania znacznie niższych cen bezpośrednio od dystrybutorów produktów.

W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający wydziela pozycję nr 1 w PAKIECIE I do nowego PAKIETU nr VII (załącznik nr 1f).

Pytanie 2

PAKIET NR 5

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych o długości 140 cm?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 5 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw fartuchów chirurgicznych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający wydziela pozycję nr 5 w PAKIECIE V do nowego PAKIETU nr VIII (załącznik nr 1g).

Pytanie 3

PAKIET NR 6

Poz. nr 1-5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów posiadających w swoim składzie serwetę na stół Mayo o wzmocnieniu 60 x 145 cm oraz ręczniki w rozmiarze min. 30 x 33 cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

PAKIET NR 6

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do zabiegów w chirurgii biodra posiadających w swoim składzie serwetę z wycięciem „U” w rozmiarze 245 x 280 cm z wycięciem 10 x 95 cm oraz serwetę pomocniczą w rozmiarze 150 x 200 cm? Pozostały skład bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

PAKIET NR 6

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów uniwersalnych posiadających w swoim składzie serwety w rozmiarze 75 x 90 cm ze wzmocnieniem 36 x 90 cm? Pozostały skład bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

PAKIET NR 6

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji dłoni/ stopy posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 320 x 245 cm oraz dodatkowo serwetę nieprzylepną w rozmiarze 100 x 175 cm? Pozostały skład bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

PAKIET NR 6

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie posiadającego w swoim składzie serwetę główną z otworem w rozmiarze 5 x 7 cm, serwetę pomocniczą 150 x 175 cm oraz osłonę na kończynę w rozmiarze 35 x 80 cm i 4 ręczniki celulozowe? Pozostały skład bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

PAKIET NR 6

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 320 x 245 cm, serwetę pomocniczą 150 x 175 cm, osłonę na kończynę 35 x 80cm oraz 4 ręczniki celulozowe? Pozostały skład bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

PAKIET NR 6

Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ściereczek chłonnych pakowanych w opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

PAKIET NR 6

Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony zabezpieczającej w rozmiarze 14 x 250 cm z jedną taśmą mocującą?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

PAKIET NR 6

Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia na stół Mayo o wadze podstawowej całości serwety min. 90 g/m², pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

PAKIET NR 6

Poz. nr 9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 2- warstwowej (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) i gramaturze 55 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

PAKIET NR 6

Poz. nr 12- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania prześcieradła ochronnego sklasyfikowanego jako wyrób higieniczny i dopuszczonego do obrotu na podstawie Świadectwa Jakości wydanego przez PZH?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

PAKIET NR 6

Poz. nr 12- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienia od załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 13795 1-3 w przypadku prześcieradła ochronnego, ze względu na to, iż jest to niejako produkt higieniczny?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający odstępuje od konieczności złożenia ww. dokumentu do wskazanej w pytaniu pozycji.

Pytanie 15

PAKIET NR 3

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia. System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkownika.

Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Liczba stanowisk do doposażenia - 3

Pytanie 16

PAKIET NR 5

Poz. nr 1 i 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m². Mocowanie przy szyi na rzep. Fartuch zapakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami z chłonnej włókniny i torebkę papierowo-foliową. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17

PAKIET NR 5

Poz. nr 3 i 4 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m², obszary wzmocnione - przednia część

fartucha oraz rękawy do łokcia o gramaturze 75g/m². Fartuch zapakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami z chłonnej włókniny i torebkę papierowo-foliową? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

PAKIET NR 5

Poz. nr 5 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m². Mocowanie przy szyi na rzep. Fartuch zapakowany w papier krepowy z 2 ręcznikami z chłonnej włókniny i torebkę papierowo-foliową? Rozmiar XL o długości fartucha 150 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wydziela pozycję nr 5 w PAKIECIE V do nowego PAKIETU nr VIII (załącznik nr 1g).

Pytanie 19

Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK.

Pytanie 20

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Powyższy zapis znajduje się w pkt. XVIII. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara, o której mowa w par. 6 ust. 1a wynosiła 2% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE.

Pytanie 22

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE.

Pytanie 23

PAKIET NR 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy wkłady opisane w poz. 1 i 2 mają być kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi typu Serres będącymi na wyposażeniu OCR.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający bezwzględnie wymaga aby zaoferowane wkłady w poz. 1 i 2 były kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pojemnikami.

Pytanie 24

PAKIET NR 1

Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem 120cm, cewnik zakończony miękko wyoblonym zakończeniem z 2 dużymi otworami bocznymi, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25

PAKIET NR 1

Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z kanką z otworem centralnym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

PAKIET NR 1

Poz. nr 11 - Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk niesterylne, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27

PAKIET NR 1

Poz. nr 12 - Czy Zamawiający dopuści podkłady z perforacją co 50cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28

PAKIET NR 1

Poz. nr 24 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 24 z zadania 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

PAKIET NR 1

Poz. nr 24 - Czy Zamawiający dopuści dreny karbowane do inhalatorów o średnicy 22mm w zwojach 50m do cięcia co 45cm lub 15cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30

PAKIET NR 1

Poz. nr 30 - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31

PAKIET NR 3

Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści wkład o pojemności: 1500 ml wykonany z polipropylenu bez zawartości Ftalanów, plastyfikatorów i lateksu, max próżnia 68,58 Hg samouszczelnienie wkładu z przykrywką za pomocą specjalnego kleju żelowego po włączeniu ssania, wyposażony w 4 porty o różnej średnicy: pacjenta, próżni, tandemu i na środek żelujący, pokrywa wkłosa, do zbierania nadmiaru płynu, wyposażona w kapturki zamykające porty, oraz 3 uchwyty do zaczepiania drenów, wykonana z polietylenu dużej gęstości zastawka jednokierunkowa portu pacjenta niemechaniczny filtr hydrofobowy podwójnej długości (4,5cm i średnicy 1,8cm) z funkcją przeciwprzelewową skuteczność filtra 99,5% (gronkowiec złocisty).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

PAKIET NR 3

Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści wkład o pojemności: 3000 ml wykonany z polipropylenu bez zawartości Ftalanów, plastyfikatorów i lateksu, max próżnia 68,58 Hg samouszczelnienie wkładu z przykrywką za pomocą specjalnego kleju żelowego po włączeniu ssania, wyposażony w 4 porty o różnej średnicy: pacjenta, próżni, tandemu i na środek żelujący, pokrywa wklęsła, do zbierania nadmiaru płynu, wyposażona w kapturki zamykające porty, oraz 3 uchwyty do zaczepiania drenów, wykonana z polietylenu dużej gęstości zastawka jednokierunkowa portu pacjenta niemechaniczny filtr hydrofobowy podwójnej długości (4,5cm i średnicy 1,8cm) z funkcją przeciwprzelewową skuteczność filtra 99,5% (gronkowiec złocisty).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

PAKIET NR 3

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści wykonany z poliwęglanu dostępny o pojemności: 1500 ml możliwość montażu na ścianie, szynie, ramie łóżka lub stojaku za pomocą odpowiednich uchwytów wyposażony w zawór odcinający próżnię z możliwością płynnej regulacji podciśnienia wzmocniony dren łączący z wkładem, ze średnicą większą o 28% od standardowych drenów, dla szybszego odsysania, dokładna skala pomiarowa, bez Ftalanów, PCV i lateksu ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34

PAKIET NR 3

Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści wykonany z poliwęglanu dostępny o pojemności: 3000 ml możliwość montażu na ścianie, szynie, ramie łóżka lub stojaku za pomocą odpowiednich uchwytów wyposażony w zawór odcinający próżnię z możliwością płynnej regulacji podciśnienia wzmocniony dren łączący z wkładem, ze średnicą większą o 28% od standardowych drenów, dla szybszego odsysania, dokładna skala pomiarowa, bez Ftalanów, PCV i lateksu ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35

PAKIET NR 5

Poz. nr 1-4 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36

PAKIET NR 5

Poz. nr 1-4 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SSMMS?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37

PAKIET NR 5

Poz. nr 3-4 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy wzmocnione w części przedniej i rękawach do łokcia o gramaturze 73g/m²?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38

PAKIET NR 5

Poz. nr 5 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający wydziela pozycję nr 5 w PAKIECIE V do nowego PAKIETU nr VIII (załącznik nr 1g).

Pytanie 39

PAKIET NR 5

Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40

PAKIET NR 6

Poz. nr 1 - Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach:

- a) 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu)
- b) 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c) 1 x wzmocniona osłona na stół Mayo składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie, o wymiarach 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o wymiarach 75 x 85 cm (+/- 5 cm)). W strefie krytycznej serweta posiada trzy warstwy o łącznej gramaturze >155g/m²
- d) 1 x osłona ortopedyczna na kończynę w rozmiarze 33 cm x 110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego, wewnątrz osłony włóknina polipropylenowa na zewnątrz folia polietylenowa
- h) 1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 280 cm x 225 cm z wycięciem w kształcie litery "U" o rozmiarze 10 cm x 100 cm posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym gramatura obszaru wzmocnionego 112 g/m² (materiał podstawowy plus wzmocnienie) z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Dla ułatwienia aplikacji serweta powinna posiadać dzielone zabezpieczenie taśm samoprzylepnych .
- e) 1 serweta ekran anestezyjologiczny o rozmiarze 225 cm x 270 cm z wycięciem w kształcie litry "U" o rozmiarze 45 cm x 65 cm z taśmą samoprzylepną, posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym, z zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, oraz z osłoną podpórek kończyn górnych wyposażoną w zabezpieczenia samoprzylepne.
- f) 1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 75 cm x 90 cm
- g) 1 serweta nieprzylepna (podkład pod pacjenta) o wymiarach 150 cm x 180 cm
- h) 2 taśmy samoprzylepne, wykonane z foli PE o wymiarach 10 cm x 50 cm
- i) 1 taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 cm x 50cm

Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m², zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 499 %. Strefa krytyczna serwet posiada dodatkowe wzmocnienia o charakteryzujące się wysoką absorpcją. Obszary wzmocnione 3-warstwowe o gramaturze 112,5 g/m² (materiał podstawowy plus wzmocnienie), zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 415 %. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41

PAKIET NR 6

Poz. nr 2 - Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach:

- a) 4 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m²
- b) 1 x osłona na stół Mayo składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie o wymiarach 80 cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 85 cm (+/- 5 cm)
- c) 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- d) 2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- e) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm
- f) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna, 150 x 250cm, wyposażona w zintegrowane organizatory przewodów (4 szt.), taśma samoprzylepna o długości min. 100 cm
- g) 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm

Dotyczy pozycji d, e, f: serwety wykonane z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) o gramaturze 112,5g/m², zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 415 % oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowo o gramaturze 57,5 g/m², zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 499%. Zestaw posiada dodatkowe wzmocnienia, w strefie krytycznej. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795.

Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 42

PAKIET NR 6

Poz. nr 3 - Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach:

Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m², zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 499 %. Strefa krytyczna, obszary wzmocnione 3-warstwowe o gramaturze 112,5 g/m² (materiał podstawowy plus wzmocnienie), zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 415 %.

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Skład zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm

2 ręczniki 30x40 cm

1 serweta na stolik Mayo, składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie, o rozmiarze 80x145 cm

1 serweta na dłoń /stopę 225x300 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej, z elastycznym otworem 3 cm

ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 43

PAKIET NR 6

Poz. nr 4 - Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach:

a) 2 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m²

b) 1 x osłona na stolik Mayo składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie o wymiarach 80 cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 85 cm (+/- 5 cm)

c) 1 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm, nieprzemakalna, wykonana z folii PE

d) 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego

e) 1 x serweta operacyjna (pod pacjenta) o wymiarach 150 x 180 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego

f) 1 serweta operacyjna o wymiarach 320 cm x 225 cm z samouszczelniającym otworem o średnicy 7 cm, chłonna na całej powierzchni, wyposażona w dodatkową warstwę chłonną w strefie krytycznej, oraz zintegrowane uchwyty do przewodów i drenów.

g) 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm

Dotyczy pozycji f: serweta wykonana z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) (włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 112,5g/m², zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 415% oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 57,5 g/m², zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 499%. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795 1-3 .

Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 44

PAKIET NR 6

Poz. nr 5 - Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach:

a) 2 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej celulozy o gramaturze 60g/m²

b) 1 x osłona na stolik Mayo składana w sposób umożliwiający aseptyczne złożenie o wymiarach 80 cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 85 cm (+/- 5 cm))

c) 1 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm, nieprzemakalna, wykonana z folii PE

d) 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE)

- e) 1 x serweta operacyjna (pod pacjenta) o wymiarach 150 x 180 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego
- f) 1 serweta operacyjna o wymiarach 320 cm x 225 cm z samouszczelniającym otworem o średnicy 7 cm, wyposażona w zintegrowany worek do przechwytywania płynów (worek posiada sztywnik, odprowadzenie do drena, oraz samouszczelniający otwór o średnicy 6 cm,) oraz zintegrowany uchwyt typu rzep i organizatory przewodów
- g) 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu) (warstwa chłonna wykonana z włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 190 cm)

Dotyczy pozycji d,e, f: serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (na całości serwety) (włókna polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN EN 13795, zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 499 %. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 45

PAKIET NR 6

Poz. nr 6 - Prosimy o dopuszczenie ściereczki wykonanej z celulozy o rozmiarach 30x40cm.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46

PAKIET NR 6

Poz. nr 7 - Prosimy o dopuszczenie osłony zabezpieczającej kable video i optykę w opakowaniu jednostkowym nie posiadającym naklejki samoprzylepnej. Informacje identyfikujące ten wyrób znajdują się na opakowaniu handlowym.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47

PAKIET NR 6

Poz. nr 8 - Prosimy o dopuszczenie sterylnej pokrowca na stół Mayo w rozmiarze 80 cm x 145 cm, w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny propylenowej o wymiarach 75x90cm. warstwą Grubość folii PE 55 mikronów, gramatura wzmocnienia polipropylenowego 30g/m². warstwy połączone równomiernie na całej powierzchni przy użyciu kleju topliwego. Gramatura materiału wynosi 86,5 g/m² Sposób złożenia pokrowca na stół Mayo umożliwia aseptyczną aplikację. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. materiału wynosi 86,5 g/. Serweta spełnia wymogi normy PN EN 13795.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 48

PAKIET NR 6

Poz. nr 9 - Prosimy o dopuszczenie serwety nieprzylepnej o wymiarach 150 x 240 cm, wykonanej z materiału 2 warstwowego o gramaturze 57,5g/ g/m². Zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) wg EN ISO 9073-6 wynosi minimum 499%. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 49

PAKIET NR 6

Poz. nr 10 - Prosimy o dopuszczenie sterylnej, samoprzylepnej serwety chirurgicznej. Serweta wykonana z materiału dwuwarstwowego o wymiarach 75x90cm , o gramaturze 57,5g/m², zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) wg EN ISO 9073-6 wynosi minimum 499%. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 50
PAKIET NR 6

Poz. nr 11 - Prosimy o dopuszczenie jałowej, samoprzylepnej serwety w rozmiarze 50x60cm z otworem o średnicy 6cm. Serweta wykonana z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 57,5 g/m², zdolność absorpcji płynu (warstwa włókniny) według EN ISO 9073-6 wynosi 499%.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51
PAKIET NR 6

Poz. nr 12 - Prosimy o wydzielenie pozycji nr 12 z pakietu nr VI do oddzielnego pakietu. Aktualny skład pakietu ogranicza konkurencyjność w postępowaniu i uniemożliwia złożenie ofert przez innych wykonawców.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający wydziela pozycję nr 12 w PAKIECIE VI do nowego PAKIETU nr IX (załącznik nr 1h).

Pytanie 52
PAKIET NR 5

Poz. nr 1,2 - Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o następujących parametrach: Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS, o właściwościach hydrofobowych; gramatura włókniny, o gramaturze 35g/m²; szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Fartuch nie posiada dodatkowego owinięcia w papier krepowy i ręczników chłonnych. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie, a następnie przekazanie do użytku.

Rozmiary zgodne z wymaganiami Zamawiającego: do pozycji 1 – L, do pozycji 2 –XL.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 53
PAKIET NR 5

Poz. nr 3,4 - Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o następujących parametrach: Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m² (łączna gramatura obszaru wzmocnionego 77 g/m²) i na rękawach min. 40,5 g/m², – (łączna gramatura obszaru wzmocnionego 75,5 g/m²) Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Rozmiary zgodne z wymaganiami Zamawiającego: do pozycji 3 – L, do pozycji 4 –XL.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 54
PAKIET NR 5

Poz. nr 5 - Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o następujących parametrach: Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem,

z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Fartuch podwójnie pakowany - dodatkowe owinięcie wewnętrzne z włókniny celulozowej dwa ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm wykonane ze wzmocnionej włókniny celulozowej. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Rozmiary zgodne z wymaganiami Zamawiającego: do pozycji 5 – 170cm (długość fartucha).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55

PAKIET NR 5

Poz. nr 6 - Prosimy o dopuszczenie kompletu chirurgicznego o następujących parametrach:

Jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45 g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony. Każdy komplet jest zapakowany w zgrzaną torebkę z folii PE. Zaoferowany produkt spełnia wymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. Rozmiary zgodne z wymaganiami Zamawiającego: do pozycji 6 – S,M,L,XL,XXL.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 56

PAKIET NR 6

Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów w chirurgii biodra w składzie:

	rozmiar	szt.
1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	300x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	200x260	1
3. serweta chirurgiczna	75x90	1
4. serweta na stolik	150x190	1
5. osłona na kończynę	32x120	1
6. taśmy samoprzylepne	9x49	2
7. ręczniki chłonne	18x25	4
8. wzmocniona osłona na stolik Mayo	79x145	1
9. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Obłożenie czterowarstwowe, w części krytycznej o gramaturze 130,6 g/m2, w części mniej krytycznej o gramaturze 80,6 g/m2. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 57

PAKIET NR 6

Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony w składzie:

	rozmiar	szt.
1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Obłożenie czterowarstwowe, w części krytycznej o gramaturze 130,6 g/m², w części mniej krytycznej o gramaturze 80,6 g/m². Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 58

PAKIET NR 6

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoni/stopy, wzmocniony w składzie:

	rozmiar	szt.
1. serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. wzmocniona osłona na stolik MAYO	79x145	1
3. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu)	150x190	1

Obłożenie czterowarstwowe, w części krytycznej o gramaturze 114 g/m², w części mniej krytycznej o gramaturze 64 g/m². Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 59

PAKIET NR 6

Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie w składzie:

	rozmiar	szt.
1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. serweta na stolik	150x190	1
3. osłona na kończynę	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu)	150x190	1

Obłożenie czterowarstwowe, w części krytycznej o gramaturze 114 g/m², w części mniej krytycznej o gramaturze 64 g/m². Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 60

PAKIET NR 6

Poz. nr 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii w składzie:

	rozmiar	szt.
1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadająca dwa samouszczelniające otwory z neoprenu o średnicy 7 cm i 5 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu	230x320	1
2. serweta na stolik	150x190	1
3. osłona na kończynę	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. osłona na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Zestaw dwuwarstwowy o gramaturze w części krytycznej i mniej krytycznej równej 67,6 g/m². Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 61
PAKIET NR 6

Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki w rozmiarze 30 x40 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 62
PAKIET NR 6

Poz. nr 7 - Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę w rozmiarze 17x250 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 63
PAKIET NR 6

Poz. nr 8 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 79x 145 cm o gramaturze podstawowej całości obłożenia równej 83,4 g/m². Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 64
§2 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 2 dni na 3 dni robocze od złożenia zamówienia przez Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie 65
§6 ust. 1:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

1 a) z „w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy” na „w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy”?

1 b) z „w wysokości 5% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” na „w wysokości 2% wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66
PAKIET NR 1

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków do podawania leków, pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości na 750 opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 67
PAKIET NR 1

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków do podawania leków o pojemności 25ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 68
PAKIET NR 1

Poz. nr 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu papierowego na kozetkę w rolce o szerokości 50 cm, długości 50 mb i perforacji co 50 cm.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68
PAKIET NR 1

Poz. nr 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu papierowego na kozetkę w rolce o szerokości 60 cm, długości 80 mb i perforacji co 50 cm.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 69

PAKIET NR 1

Poz. nr 14 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha foliowego, przedniego w opakowaniu foliowym po 100 szt.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 70

PAKIET NR 1

Poz. nr 19 - Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie miski nerkowatej rozmiar 205 mm, poj. 300ml, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 72

PAKIET NR 1

Poz. nr 20 - Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie miski nerkowatej rozmiar 282 mm, poj. 700ml, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 73

PAKIET NR 1

Poz. nr 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaczki sanitarnej męskiej poj. 1000ml z przykrywką, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 74

PAKIET NR 1

Poz. nr 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie basenu sanitarnego z przykrywką o pojemności 2000ml, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 75

PAKIET NR 1

Poz. nr 26 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nakłuwaczy z igłą rozmiar: 0,8 mm (21G), spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 76

PAKIET NR 1

Poz. nr 29 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okładów ciepło – zimnych wielokrotnego użytku, rozmiar 20 x 30 cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 77

PAKIET NR 1

Poz. nr 28 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji rękawicy higienicznej nasączonej mydłem o neutralnym pH 5.5, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania. Możliwość stosowania u niemowląt, wymiary: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm, wykonana z włókny 100g/m². Ilość: w opakowaniu pojedynczym 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 100 opakowań. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 78
PAKIET NR 1

Poz. nr 35 - Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 79
PAKIET NR 1

Poz. nr 36 - Czy Zamawiający ma na myśli papier Mitsubishi K91 HG czy K95 HG? Czy papier K91 HG może być papierem zastępczym?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający ma na myśli papier K91 HG. Nie, nie może być.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl.

Zamawiający

Wojciech Machelski