

Pismo: PZP-225/01/2017

Korfantów dnia: 03.01.2017 r.

O D P O W I E D Z I na pytania w sprawie SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " **Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku**"

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców przesłane od 02.01.2017r. do 03.02.1017r., dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

Pakiet nr I

Pytanie nr 1

dot. poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne 1,6 x 40mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

dot. poz. 12

Czy Zamawiający dopuści igły z otworem bocznym do pobierania i rozpuszczania leków 1,2 x 30mm?
Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje 50 op. a'100 szt.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę oraz potwierdza - 50 op.a'100 szt.

Pytanie nr 3

dot. poz. 13-15

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

dot. poz. 15

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z działką elementarną 0,2ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

dot. poz. 19

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych z czterostronnym podcięciem tłoka, umożliwiającym stabilne zamocowanie w ramieniu pompy, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

dot. poz. 20

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą, do insuliny lub tuberkuliny, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

dot. poz. 27

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z filtrem bakteryjnym o średnicy porów 0,1µm lub 1,2µm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

dot. poz. 28

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej o średnicy wewnętrznej 1,24mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

dot. poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej 0,6 dł 30mm.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

dot. poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej 0,6 dł 40 mm.

W pakiecie nr I w pozycji 11 mowa jest o igłach w rozmiarze 1,6 dł 50mm. I takiego rozmiaru Zamawiający żąda.

Pytanie nr 11

dot. poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z działką elementarną co 1,0 ml.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

dot. poz. 1,6,11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej ze ścianką standard.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

dot. poz. 113-15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej z logo producenta na cylindrze i z nazwą własną strzykawki na opakowaniu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

dot. poz. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki Becton Dickinson 50/60 ml z czterostronnym podcięciem w tłoku, które również umożliwia stabilne zamocowanie strzykawki w ramieniu roboczym pompy infuzyjnej i wpisanej w instrukcję użytkowania pomp infuzyjnych MEDINA S1 i PERFUZOR compact.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

dot. poz. 20

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje strzykawki precyzyjnej 1 ml insulinowej czy tuberkulinowej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający oczekuje strzykawki insulinowej.

Pytanie nr 16

dot. poz. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do wstrzykiwaczy insuliny 31 G 0,25x5 mm co zmniejsza ryzyko przypadkowej iniekcji dożylniej lub domięśniowej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 16

dot. poz. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów jednorazowego użytku o regulacji prędkości w zakresie 5 -300 ml/5.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów jednorazowego użytku o regulacji prędkości w zakresie 5-300 ml/h.

Pytanie nr 17

dot. poz. 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspiracji płynów z butelek z hydrofobowym filtrem bakteryjnym 0,2 µm, o wyższej skuteczności filtracji z zatyczką zamykaną ręcznie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr IV

Pytanie nr 18

dot. poz. 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający nie oczekuje uniwersalne końcówki typu lejek bez docinania.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający oczekuje: dren do ssaka jałowy o średnicy wewnętrznej 5,6mm, zewnętrznej 8,0 mm, CH 24, długości 210 cm zaopatrzony w łącznik żeński-męski. Czyli z jednej strony zakończenie lejkwate z drugiej strony stożkowe.

Pakiet nr V

Pytanie nr 19

dot. poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z możliwością utrzymania do 7 dni, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20

dot. poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

dot. poz. 15

Czy Zamawiający dopuści worek na mocz na nogę z drenem o dł. 5,5cm + łącznik 3cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22

dot. poz. 17

Czy Zamawiający oczekuje żelu sterylizowanego najbezpieczniejszą dla pacjenta metodą, tj. parą wodną, jak w poz. 16 ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33

dot. poz. 18

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 50cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34

dot. poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego przeznaczonego do podawania decewnikowego o działaniu znieczulającym i antybakteryjnym, nie zawierający substancji konserwujących. Aplikator harmonijkowy 12,5 g żelu. Zawartość aplikatora wystarcza do wypełnienia żelem cewki moczowej u jednego pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35

dot. poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego przeznaczonego do podawania decewnikowego o działaniu znieczulającym i antybakteryjnym, nie zawierający substancji konserwujących. harmonijkowy 8,8g żelu. Zawartość aplikatora wystarcza do wypełnienia żelem cewki moczowej u jednego pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr VII

Pytanie nr 36

dot. poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

zamknięty, niskociśnieniowy system ssący do autologicznej autotransfuzji pooperacyjnej składający się z pojemnika ssącego z drenami łączącymi, worka zbiorczego na krew oraz aparatu do transfuzji krwi Pritrans

- pojemnik ssący typu płaski mieszek o pojemności 250 ml, skalowany co 40 ml, wytwarzający podciśnienie początkowe 120mbar z dwoma na stałe połączonymi drenami łączącymi z własnymi klemami zaciskowymi typu zatraskowego
- jeden dren łączący o długości 140 cm z pojedynczym lub podwójnym rozgałęzieniem, z uniwersalnymi zakończeniami do drenów Redona CH 08-18, umożliwiającymi jednoczesny drenaż dwoma lub czterema drenami (system dwu- i czteroświatłowy)
- w drenie dodatkowy, samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający podawanie m.in. antykoagulantów
- drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem typu large-lock służący do wygodnego i szczelnego połączenia z workiem na krew, wyposażony w dodatkową nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu
- własny, wygodny w użyciu system podwieszania
- worek zbiorczy na krew o pojemności 1 000 ml, z filtrem 200 µm, skalowany co 50-100 ml, z łącznikiem large-lock (połączenie z mieszkem) z nasadką ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu
- w worku na krew duża zastawka antyrefluksyjna oraz wygodny samouszczelniający się zawór łączeniowy do igły aparatu transfuzyjnego Pritrans z dodatkową nasadką zabezpieczającą
- worek posiada także oznaczone miejsce na dane identyfikacyjne pacjenta, własną przesuwaną klemę zaciskową oraz zintegrowany element do podwieszania na stojaku
- aparat do transfuzji Pritrans z dużą elastyczną komorą kroplową, ostrym końcem transferowym, filtrami 10 µm lub 40 µm, drenem o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym, uniwersalnym zaciskiem rolkowym
- sterylne, pakowane podwójnie
- dodatkowo (pakowane osobno) dwa dreny Redona (z otworami o stałej średnicy) z trokarem

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający zgadza się na zaproponowany zestaw ale tylko filtrami 10 µm w aparacie do transfuzji.

Pytanie nr 37

dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do transfuzji ze standardowym filtrem do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200µm ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38

dot. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zapasowy worek na krew 1000ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39

dot. poz. 4

Czy Zamawiający dopuści worek do drenażu przedłużonego 500ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40

dot. poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do retransfuzji pooperacyjnego składającego się z 2 drenów o zmiennej średnicy otworów, mieszka harmonijkowego max 200ml z zastawką przeciwwrotną, worka na krew 700 ml z filtrem max 200 µ również z zastawką przeciwwrotną. Dreny pooperacyjne posiadają zmienną średnicę otworów zapewniającą równomierne delikatne odsysanie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41

dot. poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zapasowego worka na krew 700 ml z filtrem 200 µ i zastawką przeciwwrotną, model dokręcany.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42

dot. poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do drenażu przedłużonego 700 ml bez filtra z zastawką przeciwwrotną do podtrzymania drenażu niskociśnieniowego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr VIII

Pytanie nr 43

dot. poz. 1-2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 i 2 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44

dot. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o powierzchni klejącej 14x21cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 45

dot. poz. 4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o powierzchni klejącej 20x26cm? Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 46

dot. poz. 5

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o powierzchni klejącej 30x36cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 47

dot. poz. 5

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o powierzchni klejącej 40x36cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

dot. poz. 6

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o powierzchni klejącej 45x49cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr I

Pytanie nr 49

dot. poz. 22

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 50

dot. poz. 23

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu w opakowaniu foliowym gwarantującym pełną sterylność i łatwość otwarcia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 51

dot. poz. 23

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu z precyzyjnym regulatorem w zakresie 0-300 ml/h. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 52

dot. poz. 24

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z filtrem krwi, którego aktywna powierzchnia filtrująca wynosi min. 15 cm²?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53

dot. poz. 24

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 54

dot. poz. 24

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z komora kroplową o długość w części przezroczystej wynoszącej min. 90 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 55

dot. poz. 24

Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na szybszą i sprawniejszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 56

dot. poz. 24

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do aspiracji płynów z butelek z filtrem bakteryjnym 0,1 µm bez filtra cząsteczkowego, z zatraskową nakrętką.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 57

dot. poz. 24

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do aspiracji płynów z butelek z filtrem bakteryjnym 1,2 µm bez filtra cząsteczkowego, z zatraskową nakrętką.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 58

dot. poz. 25

Czy Zamawiający dopuszcza w wyżej opisanej pozycji przedłużacz tylko o długości 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 59

dot. poz. 19

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby strzykawki posiadały prostopadłe wycięcie w tłoku, gdyż nie każda strzykawka wpisana w menu pomp wymienionych przez zamawiającego posiada takie nacięcia.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 60

dot. poz. 18,19

Proszę o doprecyzowanie, jakie konkretnie strzykawki są wpisane w menu pomp użytkownych przez szpital.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

BBraun (Omnifix, OPS), TYCOEU (Monoject), BD Plastikpak

Pytanie nr 61

dot. poz. 18,19

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr VI

Pytanie nr 62

dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych staplerów skórnych z 35 zszywkami o wymiarach 7,2mm x 4,9mm, grubości 0,6mm, zszywki nie posiadają powleczenia teflonem (jak dotychczas używane przez Zamawiającego)?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1 pkt. 2), 3):

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
- 2) w wysokości **2%** kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, za przedmiot umowy nie dostarczony w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia nie dostarczonego w terminie**
- 3) w wysokości **1%** kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, reklamowanego przedmiotu umowy, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy.**

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody i nie dokona zmian w umowie.

Zamawiający

Wojciech Machelski