

Pismo: PZP-225/01/2017/4

Korfantów dnia: 06.01.2017r.

O D P O W I E D Z I na pytania w sprawie SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” **Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku**”

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców przesłane od 03.01.2017r., dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

Pakiet nr I

Pytanie nr 1

dot. poz. 16

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki z działką elementarną 1ml spełniającą pozostałe wymagania? Strzykawki trzyczęściowe 20ml z podziałką 0,5ml występują w ofercie tylko jednego dostawcy, dopuszczenie strzykawek z podziałką 1ml umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

dot. poz. 18-19

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek kompatybilnych z pompami Medina S1 i Perfuzor Compact?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

dot. poz. 19

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek posiadających w miejsce poprzecznego nacięcia czterostronne podcięcie tłoczyska, również zapewniających stabilne umocowanie w ramieniu pompy i płynny przesuw?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr III

Pytanie nr 4

dot. poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania cewnika sterylnego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

dot. poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania przedłużacza sterylnego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

dot. poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania przedłużacza o dł. 213cm.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

dot. poz. 4-5

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie rurek intubacyjnych ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

dot. poz. 6

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie przewodnic o szerszym zakresie stosowania, tj. w rozm. 6-10?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

dot. poz. 9

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie rurek Guedel w opakowaniu foliowym?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

dot. poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych wykonanych z wysokiej jakości medycznego PCV o właściwościach poślizgowych równoważnych silikonowaniu takich jak obecnie stosowanych w Państwa placówce.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr III

Pytanie nr 10

dot. poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu do cewnikowania, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego przeznaczonego do podawania decewnikowego o działaniu znieczulającym i antybakteryjnym, nie zawierający substancji konserwujących. Harmonijkowy 8,5g żelu. Zawartość aplikatora wystarcza do wypełnienia żelom cewki moczowej u jednego pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wojciech Machelski