

Pismo: PZP-225/09/2017

Korfantów dnia: 21.07.2017 r.

## **ODPOWIEDZI** na pytania w sprawie SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” **Sukcesywne dostawy artykułów medycznych**”.

### **Pytanie nr 1**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w pakietu na części, według typów (rodzajów) nici, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert.

**UZASADNIENIE:** Umieszczenie w w/w pakiecie wielu rodzajów nici wchłanianych jak i niewchłanianych znacznie ogranicza w sposób istotny możliwość przystąpienia do przetargu szerszego kręgu Wykonawców, a tym samym skazuje Zamawiającego na ograniczony wybór ofert. Może to spowodować znaczne podwyższenie kosztów realizacji tego zadania - a biorąc pod uwagę obecną sytuację w służbie zdrowia nie jest to najkorzystniejsze dla Szpitala - co nie miałyby miejsca gdyby podzielono w/w załącznik według rodzajów nici, np.:

- poz. 1 – poz. 7 – pakiet nr 1a
- poz. 8 – pakiet nr 1b
- poz. 9 – poz. 29 – pakiet nr 1c
- poz. 26 – poz. 29 – pakiet nr 1d
- poz. 30 – pakiet nr 1e

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 2, pakiet I, poz. 8**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materiału szewnego bez klipsów mocujących.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 3, pakiet I, poz. 9-29**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie plecionkę syntetyczną – wchłaniającą, z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie nr 4, pakiet I, poz. 27**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej z tnącym ostrzem – przyostrzonej, w miejsce igły okrągłej z zakończeniem trokarowym.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5, pakiet I, poz. 26-29**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie syntetyczny monofilament, wchłaniający, wykonany z polidwuoksanonu, o okresie podtrzymywania tkanki po 57 dniach ok. 40% od zaimplantowania i czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące :**

Tak, Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informuje o omyłce pisarskiej w załączniku nr 1a dotyczącej kolumny Lp. Polega ona na błędnej numeracji po pozycji 29, gdzie powinno być:

**Syntetyczny, monofilament, wchłaniający wykonany z polidwuoksanonu o okresie podtrzymywania tkanki do 10 tygodni, 50- 70% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28- 35 dniach od zaimplantowania i czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni**

30	48mm, 1/2 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym, 150 cm, pętla	1	saszetka	408				
31	40mm, 1/2 koła, odwrotnie tnąca, 90 cm	0	saszetka	144				
32	40mm, 1/2 koła, odwrotnie tnąca, 90 cm	1	saszetka	72				
33	40mm, 1/2 koła, odwrotnie tnąca, 90 cm	2	saszetka	96				
<b>Wosk kostny</b>								
34	tabletki o gramaturze min. 2,95 g		saszetka	24				

Poprawiony załącznik nr 1a jest do pobrania ze strony Zamawiającego <http://bip.ocr.pl/114/postepowania-przetargowe-w-2017-roku>.

**Pytanie nr 6, pakiet II, poz. 11-13**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w op.a'1szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7, pakiet II, poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści płatek włókninowy o wymiarach 30mmx65mm?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące :**

Tak, Zamawiający dopuszcza, za wskazaniem, że dotyczy to pozycji nr 19 w załączniku 1b. Pozostałe wymagania bez zmian.

### Pytanie nr 8, pakiet VI, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu i dłoni  $0,35\pm 0,02$  mm, na mankiecie  $0,34\pm 0,02$  mm, rozciągliwości min 700%, siłę zrywu min 19 N, poziom osłabienia promieniowania 61% przy wiązce 60kV i 28% przy wiązce 120kV, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

### Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 9, pakiet VII, poz. 3-4

Czy Zamawiający wydzieli pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

### Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Nie, zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 10, pakiet VII, poz. 5-6

Czy Zamawiający wydzieli pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

### Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Nie, zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 11

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

### Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający informuje, że w § 5 projektu umowy termin na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 7 dni. Tym samym Zamawiający przewidział dłuższy termin niż zaproponowany w pytaniu.

### Pytanie nr 12

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
  - b) w wysokości **0,5%** wartości **brutto** zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia nie dostarczonego w terminie;**
  - c) w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** reklamowanego towaru za opóźnienie w

usunięciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru.**

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**  
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmiany.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust 1:b-c, wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**  
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmiany.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia podpisania umowy przekroczy 3%?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**  
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmiany.

**Pytanie nr 15, pakiet III, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opatrunku o wymiarach 11cm x 11cm, wyposażonego dodatkowo w samoprzylepną i chroniącą krawędź mocującą, ułatwiającą jego zakładanie? Pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**  
Nie, zgodnie z SIWZ.

PREZES ZARZĄDU  
*Wmach*  
mgr inż. Wojciech Machelski