



Pismo: PZP-225/12/2018

Korfantów dnia: 18.09.2018 r.

ODPOWIEDZI

na pytania do przetargu na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

Pakiet nr 5 - Stół rehabilitacyjny z hydrauliczną zmianą wysokości leżyska

1. Prosimy o doprecyzowanie ilości sekcji leżyska stołu – Zamawiający w pkt. 2 opisu pisze - Stół dwusekcyjny z łamanym zagłówkiem podczas, gdy w pkt. 4 pisze - Regulowany kąt części środkowej Pivot: 0/-18 stopni co w tym momencie daje nam stół co najmniej trzy sekcyjny?

Odpowiedź: w opisie jest błędne sformułowanie dwu sekcyjny, powinno być trzy sekcyjny. Zamawiający naniesie zmianę i poprawiony formularz – załącznik nr 1e umieści na stronie.

2. Czy Zamawiający w pkt. 4 po odpowiedzi na pyt.1 będzie wymagał pozycji Pivota i leża trzisekcyjnego dopuści kąt 0-25 stopni co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści kąt 0-25 stopni. Poprawiony załącznik zostanie umieszczony na stronie.

SEKRETARZ KANCELII
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
Anna Klonowska
mgr Anna Klonowska