

Pismo: PZP-225/12/2018

Korfantów dnia: 21.09.2018 r.

ODPOWIEDZI

na pytania do przetargu na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

Pytania dot. Pakietu 5:

Czy Zamawiający dopuści stół równoważny funkcjonalnie o następujących parametrach:

- Szerokość leżyska 64 cm
- Długość leżyska 205 cm
- Waga 93 kg
- max obciążenie min. 250 kg
- Stół dwusekcyjny z łamanym zagłówkiem; kąt nachylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej
- zakres regulacji zagłówka -70 stopni w dół do +40 stopni w górę
- Regulacja wysokości leżyska od 52 cm do 103 cm za pomocą siłownika hydraulicznego sterowanego dźwigniami nożnymi po obu stronach stołu
- Regulowany kąt części środkowej Pivot do 24 stopni
- Konstrukcja stołu metalowa, malowana proszkowo
- Tapicerka odporna na zmywanie środkami dezynfekcyjnymi; kolor zielony
- Stół wyposażony w układ jezdny
- Instrukcja pisemna w jęz. polskim dostarczona wraz ze sprzętem

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

SEKRETARZ KOMISJI
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Anna Kłonowska