

Znak sprawy: PZP-225/16/2018

Korfantów, 2018-10-23

ODPOWIEDZI

na pytania do przetargu na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

1. W nawiązaniu do postępowania zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pkt. 2 i 3 specyfikacji rotora. Zamawiający wymaga bezstopniowej regulacji dla pedałów: Bezstopniowa regulacja wysokości osi pedałów w zakresie od 26 do 46 cm oraz odstępu między pedałami 12 cm, ale planuje zakup rotora kończyn górnych.

W związku z tym czy Zamawiający dopuści rotor z uchwytami do rąk z regulacją zakresu promienia ruchu kończyn górnych 7 lub 12,5 cm oraz z regulacją wysokości położenia korby dla kończyn górnych, zamiast opisanych parametrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Anna Klonowska