

Pismo: PZP-225/16/2018

Korfantów dnia: 24.10.2018 r.

ODPOWIEDZI

na pytania do przetargu na zakup i dostawę sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie **platformę balansową** o poniższych parametrach :

Urządzenie do treningu równowagi i propriocepcji. Platforma została wyposażona w niezależny system oceny kąta wychylenia przy użyciu specjalistycznego czujnika rejestrującego każdą zmianę pozycji platformy.

Dzięki tym właściwościom jest szczególnie użyteczna w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatry.

Zastosowanie:

klasyczny trening proprioceptywny

- wykonywanie ćwiczeń w jednej lub dwóch płaszczyznach
- ćwiczenia w pozycji stojącej lub siedzącej
- ćwiczenia jedno- lub obunożne
- ćwiczenia kończyn górnych
- ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
- obiektywizacja procesu rehabilitacji

Efekty:

- poprawa zmysłu równowagi
- poprawa stabilności tułowia
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną
- poprawa koordynacji mięśniowej

Akcesoria:

- Zestaw akcesoriów
- Stojak dla pacjenta 43" TV, komputer PC, klawiatura ze zintegrowaną myszką

Stacja terapeuty

Stojak dla terapeuty z monitorem dotykowym 21,5", komputer PC, klawiatura ze zintegrowaną myszką, router Wi-Fi

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis proponowanej platformy jest zbyt ogólny, nie wynika z niego m.in., czy za pomocą proponowanej platformy możliwe jest badanie równowagi, czy posiada bariery asekuracyjne (istotne dla Zamawiającego z powodu specyfiki pacjentów dla których przewidziana jest platforma), czy posiada filmy instruktażowe wyjaśniające przebieg danego ćwiczenia, czy jest możliwość wizualizacji środka ciężkości.

Anna Kłonowska