

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.
Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów

Pismo: PZP-225/01/2019/1

Korfantów dnia: 2019-01-22

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Zakup i dostawa sprzętu w ramach zadania „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR, treść wspomnianej prośby jest następująca :

Załącznik 1

Defibrylator :

Pytanie do pkt. 19:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z alarmem bezdechu 60s, pierwszy komunikat dźwiękowy po 20 s, kolejne 3 dźwięki po 20s, następnie głośny alarm sygnalizujący bezdech ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie do pkt. 23:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z amplitudą na poziomie 0 mA – 140 mA ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie do pkt. 25:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z możliwością zapisu 100 - 12-kanalowych EKG, 250 zdarzeń w pamięci wewnętrznej oraz pamięcią zewnętrzną - karta SD?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Aparat EKG

Pytanie do pkt. 6:

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z pamięcią wewnętrzną mieszczącą 400 badań oraz możliwością zapisu dowolnej ilości badań na nośniku zewnętrznym za pomocą dołączonego oprogramowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie do pkt. 12:

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający 1x USB oraz RS 232, LAN I Wi-Fi ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie do pkt. 15:

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG posiadający możliwość zapisu i odczytu badań z Pendrive za pomocą dołączonego oprogramowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie do pkt. 17:

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o masie 3,2 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG działał w ramach oprogramowania, które umożliwia nie tylko archiwizację wyników aparatu EKG, ale również holtera EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii i próby wysiłkowej ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.bip.ocr.pl

Prezes Zarządu
Wojciech Machelski