

Pismo: PZP-225/02/2019

Korfantów dnia: 13.02.2019 r.

ODPOWIEDZI na pytania w sprawie SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” **Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku**”

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 11 dopuści wycenę igły w rozmiarze 1,6x40mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 17 dopuści wycenę strzykawki wykonanej z polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 19, 20 dopuści wycenę strzykawek trzyczęściowych, z zakończeniem Luer-Lock, stosowanych w pompach infuzyjnych, wpisanych do instrukcji obsługi pomp MEDIMA S1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 9 (9.1-9.5) oraz poz. 10 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

5/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 9 dopuści wycenę kaniul o parametrach:

”Kaniule do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknień, wykonane z FEP. Kaniule posiadają filtr hydrofobowy zabezpieczającą przed zwrotnym wypływem krwi w momencie wkłucia, wtopione 2 nitki radiacyjne. Komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się powyżej brzegu koreczka”

W rozmiarach: G17x45mm; G18x45mm; G20x32mm; G22x25mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

6/ Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 10 dopuści wycenę kaniul o parametrach:

„Kaniuła dożylna typu bezpiecznego wykonana z PU, samodomykalny port boczny, wtopione 3 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się powyżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym (G22-G18) lub plastikowo-metalowym zatraskiem (17G), nazwa producenta na wyrobie. Rozmiary G22 - G17”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Anna Kłonowska