Korfantów dnia: 09.01.2020r.

PZP-225_15/2019

ODPOWIEDZI
na pytania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej, PZP-225_15/2019

Zamawiający przekłada wyjaśnienia będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

Pytanie 1 do pakietu nr 5
Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ produkty równoważne o następującej charakterystyce:

1. **Trzpień bezcementowy, przynasadowy, bezkołnierzowy, prosty, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem. Kształt trzpienia stożkowaty w 2 płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy 127,5° oraz 131° (lateralizowany) w 13 rozmiarach dla każdego z kątów. Koniec dystalny zaoblony; stożek 12/14, szyjka wysokopolerowana, o zredukowanej geometrii w A/P.**

   Opcjonalnie trzpień bezcementowy, krótki-szyjkowy, o owalnym przekroju zwężającym się dystalnie. Trzpień oszczędzający kość udową, umożliwia cięcie podgłowowe. 2/3 bliższe pokryte porowatym napyleniem tytanowym i hydroksyapatytem. Wzdłuż bocznych krawędzi podłużna bruzda zwiększająca stabilność rotacyjną. Trzpień dostępny w 9 rozmiarach. Stożek 12/14 z szyjką o zredukowanej geometrii.

   Stanowisko Zamawiającego:
   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza proponowanych produktów.

2. **Panewka typu press-fit ze stopu tytanu, pokryta okładziną porowatego tytanu napylona metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu; kształt hemisferyczny z wbudowanym brzeżnym poszerzeniem o wartości 1,7mm (w kształcie bruzd o przebiegu równoleżnikowym) dla poprawy fiksacji w pierścieniu kostnym panewki; średnica od 44mm do 72mm włącznie ze skokiem co 2 mm. . Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie. Posiadają uniwersalny mechanizm mocowania wkładki umożliwiający dowolne rotacyjne umiejscowienie wkładek asymetrycznych dla zapewnienia maksymalnego pokrycia głowy. Możliwość implantacji wkładek polietylenowych, ceramicznych jak i metalowych. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustka wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji). Rant czaszy zaoblony.**

   Stanowisko Zamawiającego:
   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza proponowanych produktów.

3. ***Wkładki panewkowe polietylenowe UHMWPE symetryczne i asymetryczne (okap 20°).* Wkładki posiadają pierścień fiksujący do panewki wykonany z tytanu. Posiadają centralną wypustkę zamykającą montażowy otwór panewki i jednocześnie centralizują wkładkę. Wkładki standardowe i stabilizowane witamina E dla głów o średnicy 28-32-36mm.**

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11,
tel. 77 43 44 000, fax 077 43 44 004
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, nr NIP 7531567625, nr REGON 000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł

Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza proponowanych produktów.

4. **Głowy metalowe CrCoMo w średnicach 28-32-36mm, stożek 12/14 w 6 długościach szyjki**
Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza proponowanych produktów.

5. **Pozycje 3, 6, 8, 9 zgodnie z SIWZ**
Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. **Pozycje 10-13 wyłączone w oddzielny pakiet.**
Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że pozycje 10-13 nie zostają wyłączone w oddzielny pakiet.

Pytanie 2 do pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ produkty równoważne o następującej charakterystyce:

1. **Trzpień krótki, szyjkowy, bezcementowy, oszczędzający krętarz większy. Kształt tzw. triple taper, kształt klina A/P o kącie rozwarcia 7stopni. W M/L profil łuku co ułatwia wprowadzanie. Część bliższa pokryta porowatym tytanem o porowatości 30%, w części dalszej piaskowany. Dystalny koniec zaokrąglony. Trzpień w dwóch kątach CCD: standard 134 stopnie i lateralizowany 131 stopni. Opcjonalnie dostępny trzpień modularny z 2 długościami szyjek. Offsety w zakresie 34,1-53.2mm.12 rozmiarów.**

   Stanowisko Zamawiającego:
   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowane produkty nie są równoważne.

2. **Panewka typu press-fit ze stopu tytanu, pokryta okładziną porowatego tytanu napylona metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu; kształt hemisferyczny z wbudowanym brzeżnym poszerzeniem o wartości 1,7mm (w kształcie bruzd o przebiegu równoleżnikowym) dla poprawy fiksacji w pierścieniu kostnym panewki; średnica od 44mm do 72mm włącznie ze skokiem co 2 mm. . Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie. Wkładka panewkowa polietylenowa dla rozmiarów 28-32-36mm do wyboru śródoperacyjnego symetryczna lub asymetryczna.**
   Stanowisko Zamawiającego:
   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowane produkty nie są równoważne.

3. **Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicach 28,32,36mm w 3 długościach szyjki**
   Stanowisko Zamawiającego:
   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowane produkty nie są równoważne.

4. **Śruby panewkowe fi=6,5mm, w długościach 20-60mm**
   Stanowisko Zamawiającego:
   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowane produkty nie są równoważne.

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11,
tel. 77 43 44 000, fax 077 43 44 004
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, nr NIP 7531567625, nr REGON 000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny substytut kości w postaci żelowego implantu, ktorego podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszone w hydrożelowym nośniku, umieszczone w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu "luer" (gotowy do aplikacji, bez konieczności łącznia składników) ?

Stanowisko Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapis SIWZ. Nie dopuszczamy proponowanych produktów.

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2-4
Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komorkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trojfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 0.5 mm: 300-600µm, 1 mm: 600-1250µm, 2 mm: 1250-2500µm, 4 mm: 2500 – 5000µm, wytrzymałość kompresyjna 10Mpa. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytkow w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komorek macierzystych lub płytek krwi. Substytut dostępny w postaci granuli 0,5mm/1mm/2mm/4mm, 10cm3 ?

Stanowisko Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapis SIWZ. Nie dopuszczamy proponowanych produktów.

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2-4
Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komorkowej na bazie beta-trojfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 mce), porowatość 70%. W postaci granulek 2-4mm, 5 i 10 ml?
CZM Biologia

Stanowisko Zamawiającego:
Podtrzymujemy zapis SIWZ. Nie dopuszczamy proponowanych produktów.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Wojciech Machelski
Zamawiający

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11,
tel. 77 43 44 000, fax 077 43 44 004
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, nr NIP 7531567625, nr REGON 000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł