

Pismo: PZP-225/02/2020

Korfantów dnia: 21.02.2020 r.

ODPOWIEDZI
na pytania w sprawie SIWZ – zmiana dotycząca Pakietu I poz. 11

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” **Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku**”

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

Pakiet nr 1, poz. 11

1. Czy Zamawiający dopuszcza igłę iniekcyjną 1,6 x 40 mm zamiast 1,6 x 50?

Odpowiedź: TAK

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły 1,6x40-50mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Powyższe odpowiedzi anulują odpowiedzi na pytania dot. pozycji 11 Pakietu I udzielone w dniu 20.02.2020 r.

URZĄD WOJEWÓDZKI
OPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWA
CZ. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wojewódzki Urząd Zamówień Publicznych
MGR ALBINA KUCHOWSKA