

PZP-225/16/2020

Korfantów dnia: 15.07.2020r.

## ODPOWIEDZI na pytania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pod nazwą: Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Korfantowie, nr RPOP.10.01.01-16-0012/19-01.**

Zamawiający przekłada wyjaśnienia będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

### Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści dla pakietu 2, zamiast wykazania jednej dostawy na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł brutto, wykazanie dwóch dostaw o łącznej kwocie nie mniejszej niż 150 000 zł brutto?

**Stanowisko Zamawiającego:** Tak.

### Pakiet nr 2

#### **Stół rehabilitacyjny z hydrauliczną zmianą wysokości leżyska – sztuk 10**

1. Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści obciążenie do 200 kg co nieznacznie różni się od wymaganej ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

2. Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści regulację 45-95 cm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

3. Czy Zamawiający w pkt. 4 podając parametr 0/-18 stopni miał na myśli podłokietniki z regulacją 0/18 cm w dół ? Ponieważ w pkt.2 opisu stół ma być dwusekcyjny a parametr funkcji Pivota daje nam kolejną sekcję i stół musi być wtedy co najmniej trzy sekcyjny. Prosimy o wyjaśnienie.

Stanowisko Zamawiającego: stół bez funkcji Pivota, dwusekcyjny.

4. Czy Zamawiający w pkt. 4 podając parametr 0/-18 stopni nie popełnił omyłki pisarskiej ? Ponieważ Pivot nie może mieć kąta ujemnego, więc parametr powinien być zapisany 0/+18 stopni. Jednocześnie prosimy o informację w pkt. 2 o zapisie stołu dwusekcyjnego, ponieważ wtedy stół musi być trzy sekcyjny.

Stanowisko Zamawiającego: stół bez funkcji Pivota

#### **Fotel do ćwiczeń oporowych stawu kolanowego 1 sztuka**

1. Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści fotel na podstawie prostokątnej co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

2. Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści obciążenie do 200 kg co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

3. Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści ciężarki 8 x 1 kg dzięki czemu mam możliwość lepszego dawkowania obciążenia oraz więcej kilogramów obciążenia również możemy zadać ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

### **Schody rehabilitacyjne 1 szt.**

1. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści dwa ciągi schodów pod kątem prostym na stałe co jest standardem dla tego typu rozwiązań ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

2. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści długość 2550 mm i wysokość 1150 mm ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

3. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści poręcze regulowane w zakresie 630 – 1150 mm ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

4. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści stopnie I ciąg wysokość 100 mm, głębokość 300 mm, szerokość 750 mm ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

5. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści stopnie II ciąg wysokość 160 mm, głębokość 300 mm, szerokość 750 mm ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

6. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści podest wysokość 480 mm, szerokość 760 mm ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

### **Kozetka drewniana do fizykoterapii 6 sztuk**

1. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści długość 185 cm co minimalnie różni się od oczekiwanej ?

Stanowisko Zamawiającego: NIE

2. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści obciążenie do 200 kg ?

Stanowisko Zamawiającego: NIE

### **Kolumna do ćwiczeń przyścienna z ławeczką 8 sztuk**

1. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści konstrukcję w kolorze jasnym szarym RAL 7035, która nie wpływa na walory użytkowe kolumny ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

2. Czy Zamawiający w pkt. 5 podając parametr 450 ma na myśli jednostkę miary „mm” milimetry, ponieważ kolumna 450 cm nie występuje ?

Stanowisko Zamawiającego: szerokość ławeczki 45 cm

### **Stół rehabilitacyjny elektryczny sterowany ramą nożną 7 sztuk**

1. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści kąt do 45 stopni i 80 stopni, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

2. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści regulację 53 – 95 cm co niewiele różni się od oczekiwanego ?

Stanowisko Zamawiającego: NIE

3. Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści długość 195 cm co minimalnie różni się od oczekiwanego ?

Stanowisko Zamawiającego: NIE

### Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego 5 sztuk

1. Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści konstrukcję w kolorze jasnym szarym RAL 7035, która nie wpływa na walory użytkowe Ugula ?

Stanowisko Zamawiającego: NIE

### Stoliki pod aparaty do fizykoterapii 10 sztuk

1. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści wymiary: szerokość 45 cm, głębokość 53 cm, wysokość 82 cm ?

Stanowisko Zamawiającego: TAK

### Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego limfatycznego 1 sztuka

1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat z wyposażeniem renomowanej firmy europejskiej o parametrach :

- Kolorowy ekran dotykowy 5.7"
- 26 gotowych protokołów zabiegowych
- Niezależna regulacja ciśnienia w każdej komorze
- Automatyczna identyfikacja aplikatorów
- Podgląd aktywności komór na ekranie aparatu
- Elektroniczny system kontroli ucisku
- Automatyczne opróżnianie aplikatorów po zakończonym zabiegu
- Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatorów

Programy użytkownika	100
Gotowe programy terapeutyczne	15
Liczba komór	12
Gradient intensywności	0% – 100% płynna regulacja
Ustawienie ciśnienia	20–160 mmHg
Wymiary	320 × 190 × 280 mm
Waga	7.5 kg
Zasilanie	100–240 V, 50–60 Hz



- Zdjęcie oferowanego aparatu z mankietami

**Stanowisko Zamawiającego: NIE**

Zamawiający  
Wojciech Machelski