

ZK/20/2020

Korfantów dnia: 07.01.2021r.

ODPOWIEDZI na pytania

Dotyczy: Zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do centralnej sterylizatorni.

Zamawiający przekłada wyjaśnienia będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Dot. Pakietu nr 1: Czy Zamawiający oczekuje opakowań w:

poz. 1 a'100 szt. / Zamawiający oczekuje: 100 szt/ pcs

poz. 2 a'250 szt. / Zamawiający oczekuje: 250 szt/pcs

poz. 3 a'100 szt. / Zamawiający oczekuje: 100 szt/pcs

poz. 4 a'250 szt. / Zamawiający oczekuje: 250 szt/pcs

poz. 5 a'250 szt. / Zamawiający oczekuje: 250 szt/pcs

poz. 6 a'100 szt. / Zamawiający oczekuje: 100 szt/pcs

poz. 7 a'250 szt. / Zamawiający oczekuje: 250 szt/pcs

poz. 8 a'500 szt. / Zamawiający oczekuje: 500 szt/pcs

Pytanie nr 2:

Dot. Pakietu nr 6, Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakiej ilości rękawów papierowo-foliowych oczekuje?

Np. dla poz.2; oczekuje 8 rolek 200 m, tj. 1600 m, czy 8 rolek 100 m, tj. 800 m?

Stanowisko Zamawiającego:

Rękawy płaskie we wszystkich szerokościach długości 200mb. Rękawy z fałdą we wszystkich pozycjach długości 100mb

Pytanie nr 3:

Dot. Pakietu nr 6, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści rękaw o rozmiarze 200/50 ?

Stanowisko Zamawiającego:

Pakiet nr 6. Pozycja 10 – tak, Zamawiający dopuszcza rękawy o innym rozmiarze niż podane w zamówieniu.

Pytanie nr 4:

Dot. Pakietu nr 6, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści rękaw o rozmiarze 380/80 ?

Stanowisko Zamawiającego:

Pakiet nr 6. Pozycja 12 – tak, Zamawiający dopuszcza rękawy o innym rozmiarze niż podane w zamówieniu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul, o których mowa powyżej.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający będzie postępował zgodnie z treścią istotnych warunków Umowy.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadzi zapisu, o którym mowa powyżej.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul, o których mowa powyżej.

Pytanie nr 9:

Czy w pakiecie nr III poz. 1 – Zamawiający mógłby dopuścić płynny, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego, nie posiadający w swoim

składzie fosforanów, azotanów oraz tensydów, maksymalna zawartość P2O5 w koncentracji wynosi <10 ppm, gęstość produktu 1,2 g/cm³, dozowanie 1-2ml/l?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Czy w pakiecie nr III poz. 2 – Zamawiający mógłby dopuścić płynny środek płuczający zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące, do użycia w myjniach dezynfektorach, nie zawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych, do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, dozowanie 0,3-1,0ml/l, substancje aktywne: <25% alkiloetoksylowany-n-butyloeter, <10% N-acylo-L-glutaminian sodu, <1%chlerek cis-1-(3-chloroalilo)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanu?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Czy w pakiecie nr III poz. 3 – Zamawiający mógłby dopuścić płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych, który usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log, nie wymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych, pH powyżej 10, posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji, nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny, dozowanie 5-7 ml/l?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Dotyczy pakietu nr IV, pozycja nr 2: Uprzejmie prosimy o podanie jakiej wielkości opakowań Zamawiający wymaga oraz ewentualne dopuszczenie opakowania 500 sztuk testów + przyrząd PCD?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza opakowanie zawierające 500 sztuk/pcs wskaźników z przyrządem PCD -6 opakowań.

Pytanie nr 12:

Dotyczy Pakiet nr IV, pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści koperty na zaprotokołowanie 15 cykli?

Stanowisko Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Dotyczy Pakiet nr IV, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści testy o odczycie po 3h lub standardowe testy z odczytem w czasie 24h?

Stanowisko Zamawiającego:

W zamówieniu istnieje zapis wyraźnie oddzielający wskaźniki biologiczne do sterylizacji para wodną na 24h oraz szybkiego odczytu. Zamawiający może jedynie odpowiedzieć na propozycje wskaźników biologicznych o odczycie 24h do stosowania w oferowanym inkubatorze wielozakresowym i z nim kompatybilne- Tak.

Pytanie nr 14:

Dotyczy Pakiet nr IV, pozycja nr 9: Uprzejmie prosimy o podanie jakiej wielkości opakowań Zamawiający wymaga?

Stanowisko Zamawiającego:

Opakowanie 100szt/pcs.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści do oceny test spełniający opis o odczycie 12h co jedynie nieznacznie różni się od pierwotnie opisanego?

Stanowisko Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, tj. z 8 stycznia 2021r. zmienia się na 12 stycznia 2021r. Godzina składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający

Wojciech Machelski – Prezes Zarządu