



Korfantów dnia 13.01.2010r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na "**Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji**", oznaczony PZP-225/01/10.

Pakiet nr 7

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania półmaski filtrującej cząsteczki stałe i ciekłe zgodnej z normą EN 149:2001 wykonanej z 4 warstwowego materiału, filtr wykonany z włókniny typu e-charged, pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne maski - polipropylen, w kolorze białym?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Zamawiający
Wojciech Machelski